

恒温恒湿试验机大型恒温恒湿试验箱高低温试验箱定制

产品名称	恒温恒湿试验机大型恒温恒湿试验箱高低温试验箱定制
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	68880.00/台
规格参数	德祥仪器:东莞 温度范围:-20-40-60-70 ~ + 150 温度均匀度:± 1.0
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室 (注册地址)
联系电话	0769-81330059 13650315209

产品详情

恒温恒湿试验箱零部件的配套与组装匹配性好，主要功能元器件均采用具有国际水平的原装进口件，提高了产品的安全性和可靠性，能保证用户长时间、高频率的使用要求。设备具有良好的操作性、维护性、良好的温度稳定性及持久性、良好的安全性能、不污染环境及危害人身健康。

恒温恒湿试验箱的制冷系统采用进口压缩机所组成的复叠式制冷系统，该制冷系统具有匹配合理、可靠性高、使用维护方便等优点。恒温恒湿试验箱是一种比较精密的试验设备。为了确保每个测试过程的顺利完成，连接设备的电源稳定在380V左右，以确保不会损坏压缩机。

此外，确保接电人员的人身安全，因此在接线前请了解具体的操作方法。恒温恒湿试验箱，恒温恒湿试验箱调整或更换连接的电源。检查要连接的电源电压没有问题后，将零线端连接到配电箱中的零线端子。确保已连接零线，否则可能导致恒温恒湿试验箱设备无法正常工作或烧毁电气组件。

确认已连接零线后，将三相线连接至恒温恒湿试验箱配电箱主开关下方的三个端子，并拧紧螺钉。我们需要连接接地线，其连接方法与其他电源线的连接方法相同，并且直接连接至配电箱的接地端子。在连接每条电源线的过程中，每个人都确保可以正确识别不同颜色的电源线，以避免连接错误和正常测试。

恒温恒湿试验箱的维护：洗水循环系统，清洗水过滤器，更换过滤器，检查水泵的运行情况，包括水流开关的操作，调节水循环流量和测试操作。查所有电气线路和电气组件，以确保可靠的操作和良好的接触。