## 迈瑞心电监护仪心电图波行杂乱/屏幕显示的呼吸波行弱维修电话

产品名称	迈瑞心电监护仪心电图波行杂乱/屏幕显示的呼 吸波行弱维修电话
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/件
规格参数	品牌:迈瑞 型号:迈瑞各种系列维修 产地:中国
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

## 产品详情

迈瑞心电监护仪心电图波行杂乱/屏幕显示的呼吸波行弱维修电话

迈瑞心电监护仪开机不显示维修,迈瑞心电监护仪开机屏幕黑屏不亮维修,迈瑞心电监护仪开机屏幕显示白屏/花屏维修,迈瑞心电监护仪开机屏幕显示ECG无波行维修,迈瑞心电监护仪心电图波行杂乱维修,屏幕显示的呼吸波行弱/呼吸信号弱维修,迈瑞心电监护仪心电扫描基线漂移/漂触显示屏区域维修,迈瑞心电监护仪模块通讯异常维修,初始化错误"、"通讯异常"、"线路脱落,迈瑞心电监护仪屏幕无显示,指示灯不亮维修,外接电源时,电池电压低报警,然后机器自动关机;\$P02无数值(无血氧波行,无血氧数值),NIBP测量值不准确(血压值偏差太大)迈瑞心电监护仪不显示心电图参数维修,未外接电池时,电池电压低报警,然后自动关机,即使给机器充电也无用维修

先保证监护仪良好接地。检查电极片质量如何以及人体与电极片是否接触良好,检查心电模块上有关信号输入部分所有连接线是否完好(即心电电缆以及仪器内部心电插座到心电模块之间的连接线,若其中的静电屏蔽线出现问题,也会导致此故障。解决办法是更换良好的电极片、或心电电缆或心电模块信号输入连接线。

9、监护仪出现死机现象,或接上心电导联线,波形通道上显示"无信号接受"

开机后波形通道上始终显示"无信号接受,表示心电模块与主机通讯有问题,关机后再开机仍有此提示,可能是心电模块故障或系统板故障。监护仪出现按键不起作用、画面静止等死机现象。解决办法是更换心电板或系统板或 P C 1 0 4 板。

10、无血氧波形和数值。