

医用手术室体液恒温箱

产品名称	医用手术室体液恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	74540.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

医用手术室体液恒温箱产品说明-

临床研究表明，复合型保温措施,对防止手术期低体温,降低手术后并发症发生有重要意义。意联医用恒温箱是供医疗机构使用的加温恒温设备，主要适用于医疗机构手术室、输液室、急诊科、输血室、注射科科室。用于对医用盐水、手术冲洗液、甘露醇等各种药液的加温及恒温保存，温度0-100 之间任意调节，满足医疗机构不同输液的加温、恒温要求。

医用手术室体液恒温箱产品参数：

医用手术室体液恒温箱使用说明：

- 1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。
- 2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。
- 3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。
- 4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。

建议：提前放入，随用随取，随取随加。

医用手术室体液恒温箱相关-低体温危险因素

1.4.1手术间温度病人进入手术间前30分钟，将手术间温度调至25~27℃。1.4.2覆盖物患者送入手术室后，对患者加盖毛毯，减少身体皮肤暴露。对于年龄大，基础疾病多的患者可以采用双层或多层覆盖。对不施手术部位用保暖性能好的被服遮盖，避免弄湿被服，保持手术床干燥，1.4.3手术消毒手术野皮肤消毒时要，尽量缩短暴露时间。手术视野周围皮肤采用粘贴巾覆盖，减少汗腺水份的蒸发。此外可以采取Betadine消毒液替代挥发性的消毒液。1.4.4静脉输液及手术野冲洗使用加温后的液体对患者进行静脉输注，加热方式可以采取水浴箱加热。使用大量生理盐水冲洗手术野，会腹腔脏器体温丢失过多，引起体温下降。1.5保温护理措施1.5.1调节手术间温度在病人进入手术间前30分钟，将手术间温度调至22~24℃，湿度40%~60%。有学者认为手术室环境温度直接全麻病人的核心温度，温度调节在22℃左右，能有效延缓病人体温下降。柯丹等发现将室温提高可以缓解病人体表温度的下降。1.5.2覆盖物研究[5]指出单层覆盖物即能降低人体30%的散热量，术中在非手术区域的四肢和躯干用暖棉被等覆盖以减少散热。1.5.3静脉输液体研究认为将液体加温至37℃预防低温引起的肢体发凉、寒冷。1.5.4加强体核温度监测患者接受全身后，体温调节收到抑制，造成机体体表温度与核心温度出现偏差。护士应该加强对核心温度的监测，如测定直肠温度来确定患者是否发生低体温。1.5.5充气保温疗法采用充气式充气毯，对人体背部、臀部，大腿，小腿进行保温。医用手术室体液恒温箱