

恒湿恒温环境试验设备售后服务

产品名称	恒湿恒温环境试验设备售后服务
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:德祥仪器 型号:DR-H201 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室（注册地址）
联系电话	0769-81330059 13650315209

产品详情

恒温恒湿试验箱功能齐全:*容量及控制功能:可重复执行命令:每一个命令可达 3200 次。程序之制作采对谈式,具有编辑、清除、插入等功能。SEGMENTS时间设定 0~540Hour59Min。可程序时序控制模组装置 x2

组具有断电程序记忆,复电后自动启动并接续执行程序功能。具RS-485 通讯接口。具 USB 接口功能。序执行时可实时显示图形曲线。具有自动调节冷冻能力功能。具有预约启动及关机功能具有日期,时间调整功能。按键及画面锁定 (LOCK)

功能*采画面对谈式,无须按键输入,屏幕直接触摸选项.温湿度设定(SV)与实际 (PV) 值直接显示.可显示目前执行程序号码,段次剩余时间及循环次数.运转累计时间功能.温湿度程序设定值以图形曲线显示,具实时显示程序曲线执行功能.具单独程序编辑画面每页*少可输入 5 个段次温湿度及时间.中英文可任意切换。故障提示画面显示。屏幕可作背光调整.屏幕显示保护功能可作定时，TIMER或手动关闭设定

恒湿恒温环境试验设备售后服务的一些常见故障和排除方法在高温试验中,如温度变化达不到试验温度值时,可以检查电器系统,逐一排除故障。如温度升得很慢,就要查看风循环系统,看一下风循环的调节挡板是否开启正常,反之,就检查风循环的电机运转是否正常。如温度过冲厉害那么就需要整定 PID 的设置参数。如果温度直接上升,过温保护,那么,控制器出故障,恒温恒湿箱须更换控制仪表。>低温达

不到试验的指标，那你就要观察温度的变化，是温度降的很慢，还是温度到一定值后温度有回升的趋势，前者就要检查一下，做低温试验前是否将工作室烘干，使工作室保持干燥后再将试验样品放入工作室内再做试验，工作室内的试验样品是否放置的过多，使工作室内的风不能充分循环，在排除上述原因后，就要考虑是否是制冷系统中的故障了，这样就要请厂家的专业人员进行检修。后者的现象是设备的使用环境不好所致，设备放置的环境温度，放置的位置(箱体后与墙的距离)要满足要求