

检测校验HBV-30A型布维硬度计

产品名称	检测校验HBV-30A型布维硬度计
公司名称	深圳华中行检测校准科技有限公司
价格	15700.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区观湖街道新田社区72-6号创客大厦102
联系电话	0755-28062592 15816890255

产品详情

该机采用砝码直接加荷，试验力精度高；高精度光学测量系统，配备高性能可编程计算机，试验过程自动化，可对硬化层深度和硬度梯形测量；精度符合GB/T4340.2, GB/T231.2, ISO6506-2, ISO6507-2和美国ASTM E92, ASTM E10。适用于薄板、陶瓷、钢、有色金属；薄板、金属薄片、电镀层、微小试件；材料强度、热处理、碳化层、脱碳层和淬火零件及超薄零件的精密维氏测量,适用于软金属材料及小型零部件的布氏硬度试验。

播报

砝码直接加荷，试验力精度高

高精度光学测量系统，配备高性能可编程计算器

试验过程自动化，无人操作误差；

配备精密坐标试台

可选配视频系统，CCD图像处理系统；

精度符合GB/T4340.GBT231.2、ISO6506-2、ISO6507-2美国ASTM E92、ASTM E10。

应用范围

编辑 播报

渗碳层、陶瓷、钢、有色金属；

薄板、金属薄片、电镀层、微小试件；

氮化层、渗碳层和淬火硬化层的深度测量；

适用于平行平面和微小零件及超薄零件的精密显微维氏硬度测量。

亦使用于软金属材料及小型零部件的布氏硬度试验

技术规格

编辑 播报

测量范围：4-450HBS，10-3000HV [1]

试验力：9.807、24.52、49.03、98.07、196.1、294.2牛顿（1、2.5、5、10、20、30公斤力）

试样允许大高度：160毫米

压头中心至机壁距离：127毫米

测量显微镜放大倍数：500倍，125倍

测量显微镜小分度值：0.25微米，1微米

电源：交流220伏

外形尺寸：539 x 260 x 650毫米

重量：约45千克