

# XJL-300 管材落锤冲击试验机

产品名称	XJL-300 管材落锤冲击试验机
公司名称	绍兴市容纳测控技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	名称:管材落锤冲击试验机 型号:XJL-300 厂家:绍兴容纳
公司地址	绍兴市上虞区道墟镇韩浜村镇西路11号
联系电话	057582044118 13588520716

## 产品详情

厂家：绍兴市容纳测控技术有限公司

名称：管材落锤冲击试验机

型号：XJL-300

### 一、产品介绍

本试验机适用于对塑材、玻璃、陶瓷等非金属材料试样或制品进行冲击试验，是用以评价材料抗冲击性能的一种测试仪器。

### 二、执行标准

GB/T 14152-2001 《热塑性塑料管材耐外冲击性能 试验方法 时针旋转法》

GB/T 14153-1993 《硬质塑料落锤冲击试验方法 通则》

GB/T 10002.1-2006 《给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》

GB/T 20221-2006 《无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》

GB/T 13664-2006 《低压输水灌溉用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》

GB 11548-1989 《硬质塑料板材耐冲击性能试验方法 落锤法》

GB/T 8814-2017 《门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材》

GB/T 5836.1-2018 《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》

GB/T 10002.3-2011 《给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）阀门》

### 三、产品特点

- 1、升降高度由一键控制，直观准确
- 2、自动防止二次冲击

### 四、技术参数

锤体质量：0.5Kg、0.8Kg、1.0Kg、1.25Kg、1.6Kg、2.0Kg、2.5Kg、3.2Kg、4.0Kg、5.0Kg、6.3Kg

工作台行程：0-400mm/0-1000mm

试样直径：20-400mm

冲击高度：0-2000mm

冲击中心与夹具中心偏差：不大于2mm

托板形式：120° V型托板

电源：220V