

默克细菌测试板 德国MERCK默克细菌测试板 细菌测试板

产品名称	默克细菌测试板 德国MERCK默克细菌测试板 细菌测试板
公司名称	昆山千裕环保工程有限公司
价格	430.00/盒
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山市经济技术开发区杨树路东方罗马21号209
联系电话	86-051255172112/36906625/36906627 18605126111

产品详情

默克细菌测试板技术参数

可同时检测细菌和真菌

操作简单

结果可靠

应用领域：

用于微生物卫生指标监测

冷却的润滑系统

生产和填料过程用水

系统用水和循环水

石油勘探

造纸业和涂料业

纺织业

化工业

使用方法：

拧开试管盖，注意手不要碰到培养基表面。捏住盖子，将培养基在样品(液体样品)中浸没5秒钟，取出，滴干多余的液体。然后，将其放回无菌的试管中，旋紧盖子，30℃ 培养24-28小时。若在室温下培养，生长的时间需长一些。若检测酵母和真菌，需要培养3-4天。

结果读取：

读取结果时，将Cult-Dip combi®从试管中取。手不要碰到培养基表面。将培养基表面微生物的生长情况与标准参照相比较，进行计数。重要的是菌落数目。而不是菌落大小。同一取样地点的测试结果应该做长期记录，以使得最新的检测结果能和以前的结果相比较。

试验后的处理：

试管应该在焚化装置中烧毁或湿热灭菌。如果不能实现上述两种处理方法，则将培养基放在消毒剂中浸泡过夜，然后旋紧试管，丢入废物处理站。

试管不易破碎，运输安全，由于在几天内培养基的微生物学状态可以保持恒定，因此Cult-Dip combi®也适合运输。

保质期：

室温下，Cult-Dip combi®可于生产之日起保存6个月。

最后有效使用日期印在包装盒上。

订货信息：1.00778.001 Cult-Dip combi®测菌板10片