

河北通用型8杯溶出仪 海益达 通用型8杯溶出仪

产品名称	河北通用型8杯溶出仪 海益达 通用型8杯溶出仪
公司名称	天津市瑞斯德科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区红彤路3号
联系电话	13102286368 13102286368

产品详情

熔点仪测量温度范围

打开熔点仪电源打开后先放入一份样品，然后调指针到70~80V，迅速升温，并密切观察所测物质状。待物质熔化后，通用型8杯溶出仪厂家，大略估计所测物质的熔点范围。

观察熔点仪确定物质的熔点范围后，调指针到0V，降低温度至距待测物熔点100 左右（对熔点未到100 的化合物应降低至室温）。

熔点仪待降温至（三）中所规定温度范围之后，放入第二份样品，并将指针调至5~10V，缓慢升温，直至待测物熔化。

熔点仪注意事项：熔点仪测完熔点后应将毛细管带走，将指针调至“零”刻度，闭电源，

按原有状将物品摆放整齐。

1、用户通过按键将升起机头，进行装药。装药后，若采用同步取样，通用型8杯溶出仪多少钱，将篮杆全部置于试验位置（底位），直接将机头下降至底位。若采用序列投药，河北通用型8杯溶出仪，先将除1#篮杆全部向上推到处，再将机头下降至底位，其余样品按程序设定的取样时间，通用型8杯溶出仪报价，听提示音后依次将篮杆压至试验位置（底位）。

2、进行序列投药时，用户按程序设定的取样时间，听提示音进行手动取样。进行同步投药时，需在30秒内完成样品的取样、过滤。

3、试验结束后，仪器自动停止水浴加热并根据水温适时停止水浴循环。1、将8根与手动取样管连接，听提示音，在30秒内完成取样、并过滤。

2、根据需要，如果进行补液，需要将补充溶媒从取样管进行补液。

3、根据需要，如果需要将取样管溶液排空，需要用向取样管内注入空气来完成取样管的排空。

熔点仪主要用于、染料、香料等晶体有机化合物熔点之测定，以便确定其纯度。测量方法一般有光电自动检测和目视观察二种。在速率升温的条件下测量或观察它们的熔解过程，以确定它们的熔点。使用熔点仪时要注意以下事项：1.样品必须按要求焙干，在干燥和洁净的碾钵中碾碎，用自由落体敲击毛细管使样品填装结实，填装高度应一致，具体要求应符合规定。2.插入与取出毛细管时，必须小心谨慎，避免断裂。

3.线性升温速率不同，温室结果也不一致，要求一定规范。4.被测样品一次填装五根毛细管，分别测定后取中间三个读数的平均值作为测量结果，以消除毛细管及样品制备填装带来的偶然误差。5.毛细管插入仪器前应用软布将外面沾污的物质清除，以免油浴弄脏。

6.如果需要更换油浴管，请按使用前准备工作中描述的方法进行。

河北通用型8杯溶出仪-海益达-

通用型8杯溶出仪多少钱由天津市瑞斯德科技有限公司提供。天津市瑞斯德科技有限公司是天津 天津市，仪器仪表元器件及器材的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在瑞斯德领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创瑞斯德更加美好的未来。