

FuJinon富士 EG-590WR2

胃镜上机图像清晰，遇温水图像模糊维修案例分享与交流

产品名称	FuJinon富士 EG-590WR2 胃镜上机图像清晰，遇温水图像模糊维修案例分享与交流
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:FUJIFILM富士 型号:EG-590WR2 类别:胃镜
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

FuJinon富士 EG-590WR2 胃镜上机图像清晰，遇温水图像模糊维修案例分享与交流

品牌与产地：富士FuJinon

型号与REF：EG-590WR2

送修单位：天津市红桥某医院

广州云启医疗设备有限公司成立于2016年1月，公司主要致力于软性内窥镜医疗器械维修、医疗技术信息的咨询服务，服务的对象医院、医疗器械公司从业者等。经过几年的发展，维修项目包括：

电子镜：电子胃镜、电子肠镜、电子支气管镜、电子胆道镜、电子喉镜、电子十二指肠镜、电子小肠镜、电子结肠镜等

纤维镜：纤维支气管镜、纤维胆道镜、纤维鼻咽喉镜、纤维十二指肠镜、纤维膀胱镜、纤维输尿管镜、纤维宫腔镜等。

维修案例一：

FuJinon EG-590WR2 胃镜 上机图像清晰，遇温水图像模糊

设备名称：FuJinon EG-590WR2 胃镜

检测结果：上机图像清晰，遇温水图像模糊。初步判读物镜进水。

维修方案：拆卸先端，烘干处理。更换物镜，重新密封。

维修周期：7个工作日

保修周期：非人为保6个月

备注：若重装后检测还有问题，需要再次拆检，再次报价。"

维修案例二：

"PENTAX EG-290KP胃镜插入管老化

设备名称：PENTAX EG-290KP胃镜

检测故障：插入管老化 钳子管漏水 光束断一根 角度涩

维修方案：换插入管 钳子管 导光束 钢丝 橡皮

维修周期：一周左右

保修周期：非人为保六个月"

云启医疗专注医疗机构手术室内窥镜与周边设备的维修维保，为微创外科、腔内检查与治疗手术提供设备保障服务。"

广州云启-我们还提供以下服务：

动力系统维修：耳鼻喉综合动力手柄，气动力手柄，刨削手柄，刨刀手柄，磨钻、超声刀手柄等，及线缆、脚踏、主机等。

内窥镜系统维修：电子软镜、纤维软镜、光学硬镜、电子腹腔镜、视频处理器、内窥镜摄像系统、摄像头、冷光源等

B超维修：主板、探头等

医疗电子设备维修：超声刀主机、高频电刀、射频治疗仪等

手术器械维修：强生换能器、强生刀、输尿管肾钳、异物钳、电凝钳、镜鞘、咬骨钳、分离钳、分离剪、活检钳、操作手件等；