

# 卓尔AED半自动除颤仪-AED PLUS 美国进口

产品名称	卓尔AED半自动除颤仪-AED PLUS 美国进口
公司名称	上海赞迈医疗器械有限公司
价格	25000.00/件
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区沪南公路7577号胜华大厦508室
联系电话	02158172003 17316533759

## 产品详情

欢迎来到上海赞迈医疗器械有限公司网站，我公司位于历史文化悠久，近代城市文化底蕴深厚，历史古迹众多，有“东方巴黎”美称的上海市。具体地址新场沪南公路7577号胜华大厦508，联系人是闵经理。

我司主营急救设备，销售飞利浦，麦邦，普美康、美国卓尔、科曼、菲康、光电、瑞士席勒品牌的除颤仪

主要经营：美国卓尔AED自动体外除颤仪，国产麦邦AED除颤仪，飞利浦FRX除颤AED，美国菲康AED自动体外除颤器，飞利浦除颤监护仪DFM100，德国里斯特麻醉光纤LED喉镜，检耳镜，检眼镜，台湾恺德呼吸气囊，韩国台式血压计，飞利浦HS1除颤AED，美国燕牌脉搏血氧仪，美国伟伦电子血压，挪度担架套装

有价格优势，现货量大优惠

国械注进20163081938

美国ZOLL卓尔AED半自动体外除颤仪 AED PLUS该产品由主机和除颤电极片(CPR-D padz、Pedi padz II)组成

该产品用于治疗无意识、无正常呼吸、无脉搏跳动或者无循环迹象的疑似心脏骤停患者。当患者小于8岁或体重低于25公斤时，应使用ZOLL儿童除颤电极片，但不应为了判断患者的确切年龄或体重而延误治疗。心肺复苏反馈功能提供胸部按压的声音节拍器和深度测量显示指导急救人员按照AHA/ERC推荐的频率和深度进行胸外按压，压该功能适用于年龄8岁以上（含8岁）患者。该产品预期安装于公共场所，应由接受过急救培训的人员使用，或其公众人员在急救中心调度人员指导下使用。

## 半自动体外除颤器技术参数

1、设备自用户验收合格之日起主机免费保修5年。

2、技术参数：

2.1重量（标准配置）整机包括电池和电极重量不大于4 kg

2.2工作温度范围 0-50 摄氏度,存储温度 -30 — 70

2.3湿度 10-95%相对湿度，无冷凝

2.4显示器 带有能显示心电波形的LCD液晶显示屏，显示屏尺寸不小于3×6cm，可显示电池及心电波形和CPR按压反馈等参数

3内部的自检功能 根据用户需要系统自检，并有窗口显示自检结果

4便携式背包 配有专用背包

5提手 需要具有与机器一体的提手

6 防尘防水级别 系统具有别的防尘防水设计, 级别应不低于IP55

7 机器盖板可用作气道开放头枕

8 功能及流程

8.1显示屏能实时显示急救信息，包括: 电击次数, 抢救时间, 和心肺复苏反馈信息等。 8.2心电波形显示  
液晶显示屏必须能实时显示急救心电图波形

8.3提供面板上的图形化标识 显示急救操作流程的图形和声音提示

8.4除颤及复苏流程 必须符合AHA2010指南的标准

8.5语音提示 中文语音提示

9除颤功能

9.1除颤波形能量 采用低能量双相波技术，高能量 200J

9.2除颤能量 120-200焦耳可调

9.3电极充电时间 小于等于10秒

9.4电极片 电极应有一体化心肺复苏(CPR)传感器成人电极，有儿童电极可选。

9.5独立的儿童诊断功能：主机应有独立的儿童心电诊断功能，

9.6独立的儿童低能量放电：主机采用与成人不同的放电能量输出，输出儿童专用的低能量，而不是输出成人能量而通过电极衰减器进行能量衰减

## 10.心肺复苏（CPR）功能

10.1主机有CPR反馈 系统带传感器,自动感知心肺复苏频率和深度

10.2按压幅度 有语音提示按压质量

10.3CPR显示 屏幕有心肺复苏按压深度指示

## 11.电池

11.1电池类型 通用型高能量锂电池，在市场可以购买

11.2除颤次数 电池应能支持大能量连续除颤300次

11.3监护时间 电池能支持连续监护10小时以上

## 12.其他功能

12.1信息传输 红外端口传输数据

### 12.2管理系统

12.2.1免费提供专用的回放和分析软件

12.2.2回放和分析软件应能够进行心肺复苏打分，用于培训

12.2.3 对除颤事件和心肺复苏按压作出完整的回顾和分析