# 苏州同科医疗生产 高级自动电脑心肺复苏模拟人

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 苏州同科医疗生产<br>高级自动电脑心肺复苏模拟人 |
| 公司名称 | 上海同育教学仪器设备有限公司 |
| 价格 | 8500.00/套 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 苏州市吴中区胥江工业园区3-513 |
| 联系电话 | 0512-66267056 18963653297 |

# 产品详情

产品名称： 高级自动电脑心肺复苏模拟人 22609

单价 8850元

如果您需要咨询或购买我们的产品请与业务手机： 15962239703.13817940357

.电话0512-66267056。0512-66261756

产品概述

高级自动电脑心肺复苏模拟人采用美国心脏学会(aha)2005国际心肺复苏(cpr)＆心血管急救(ecc)指南标准，经国内权威专家建议指导下，集国外同类产品之长处及公司科技人员的共同努力，并在第五代kat/cpr400型的基础上进行升级，率先开发出专门针对社会心肺复苏普及与医学院校、医疗卫生系统培训使用的高档型第六代新产品，其造型更完美、功能更强大、操作更方便的领先产品。

功能特点：

模拟标准气道开放显示、语言提示；人工手位胸外按压指示灯显示、数码计数显示、语言提示：
1.按压位置正确、错误的指示灯显示；数码计数显示；错误的语言提示。 2.按压强度正确(4-5cm区域)、错误(＜4-5cm＜区域)的显示分别由条形(黄、绿、红)数码指示灯移动的动态反馈显示cpr按压深度；正确、错误的数码计数显示及错误的语言提示。

人工口对口呼吸(吹气)的指示灯显示、数码计数显示、语言提示： 1.吹入的潮气量≤500ml~600ml≤的显示由条形(黄、绿、红)数码指示灯移动的动态反馈显示吹气量度；正确、错误的数码计数显示及错误的语言提示。 2.吹入潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示；数码计数显示；错误语言提示。

按压与人工呼吸比：30：2（单人或双人）
操作周期：2次有效人工吹气，再按压与人工吹气30：2五个循环周期cpr操作。
操作频率：最新国际标准：100次/分。 操作方式：训练操作；考核操作(单人或双人)。
操作时间：以秒为单位计时。
语言设定：可进行语言提示设定及提示音量调节设定；或关闭语言提示设定。
成绩打印：操作结果可热敏打印长条成绩单与短条成绩单。 检查瞳孔反应：考核操作前和考核程序操作完成后模拟瞳孔由散大、缩小的自动动态变化过程的真实体现。 检查颈动脉反应：用手触摸检查，模拟按压操作过程中的颈动脉自动搏动反应；以及考核程序操作完成后颈动脉自动搏动反应的真实体现。
电源状态：采用220v电源，经过稳压器稳压输出电源24v。

材料特点： 面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢摸具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。 热门产品 挂件式现场人工呼吸屏蔽面罩