

透气量仪器 天翼检测 试验室检测设备

产品名称	透气量仪器 天翼检测 试验室检测设备
公司名称	新乡天翼过滤技术检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:天翼检测 工作介质:洁净压缩空气 试验适用液体:推荐使用异丙醇(滤材), 工业乙醇(滤芯)
公司地址	河南省新乡市凤泉区宝西街道产业集聚区标准化17号厂房(注册地址)
联系电话	0373-2678979 19337379312

产品详情

MPD系列孔径测试仪是由新乡天翼过滤技术检测有限公司技术研发团队在国家发明专利产品MPA15K x基础上进行衍生的新一代全新形式的孔径和精度测试的仪器。

执行参考标准

- 1、ISO2942-2004液压传动-滤芯-结构完整性的验证和初始冒泡点的确定
- 2、GB/T14041.1-2007液压滤芯第1部分:结构完整性验证和初始冒泡点的确定
- 3、ISO4003-1990渗透性烧结金属材料气泡试验空隙大小的测定
- 4、GB/T5249-2013可渗透性烧结金属材料气泡试验孔径的测定
- 5、JB/T5089.3内燃机纸质滤芯机油滤清器第三部分试验方法

测试项目

- 1、结构完整性(滤材的有无破损、加工损伤、滤芯合缝及端盖粘接处有无缺陷)
- 2、第一冒泡点压力值及*大孔径值
- 3、群泡点压力值及平均孔径值
- 4、过滤精度值(x 20对应的参考值)

