

西安可燃气体检漏仪，天然气检漏仪

产品名称	西安可燃气体检漏仪，天然气检漏仪
公司名称	西安亚博科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	西安市新城区长乐中路龙苑大厦1幢1单元11608室
联系电话	029-82528834 13772489292

产品详情

西安可燃气体检漏仪，天然气检漏仪

咨询电话：137，7248，9292

产品详细：美国TIF TIF-8800A可燃气体检测仪

美国TIFTIF-8800A可燃气体检测仪带有直观的泄漏量指示器，可检测到您所需知的泄漏。这种可靠性极高的可燃气体检测仪，在使用烷类、可燃性气体和燃料油的环境中是极有价值的通用型仪器。

TIF-8800A可燃气体检测仪是一种工业用的高性能宽波段可燃气体检漏仪，有6个漏气量目测灯，显示灯随漏失量增大而按顺序点亮。可用于检测烃(甲烷、天然气、煤气、乙烷、丙烷、苯、乙炔、丁烷、正丁烷、异丁烷、戊烷、己烷、汽油、甲苯等)，卤代烃(氯代甲烷、亚甲基氯、三氯乙烷、氯乙烯)，醇类(甲醇、乙醇、丙醇)，醚(甲醚)酮(丁酮、丙酮)，乙酸甲酯和其它化合物(氢气、二氧化硫、氨、硫化氢、工业溶剂，干清洗液等)。当空气中可燃气体浓度超过50ppm测仪便会报警，红灯闪烁，同时显示泄漏量。这样您便会找到危险泄漏。美国TIFTIF-8800A可燃气体检测仪的特点

自动快速预热 声频计数信号 可视泄漏量目测灯 可调灵敏度 无绳操作 充电电池供电 低电压报警
加长柔性探头 一年质保 美国TIFTIF-8800A可燃气体检测仪的技术参数：

探测灵敏度 50-1000ppm 预热时间 自动预热时间约30秒 反应时间 瞬时反应 工作温度 0-52 探棒长度
380mm 电源 2.4vNi-Cd电汇2个 重量 440g 体积 203 × 76.2 × 45.7mm

美国TIFTIF-8800A可燃气体检测仪的安装

注意：在使用新的TIFTIF8800A气体检漏仪之前，务必装入Ni-cad电池并充足电量。

- 1、务必严格按照示意图装入电池
- 2、把仪器置于安全的地方，并把充电器插入电源插座
- 3、把充电器插头插入仪器后面的插孔中
- 4、首次使用必须把电池充足24小时，以后只需充12—16小时即可。

美国TIFTIF-8800A可燃气体检测仪的使用说明

- 1、使灵敏度控制完全逆时针方向。
- 2、通过把滑动开关置于“ NO ” 状态，使仪表处于无污染的状态中，此时，电源灯亮并无声音发出。
- 3、大约30秒的自动预热时间后，会听到嘀嗒的声音。
- 4、嘀嗒声的频率表明了灵敏度的高低。调节旋钮，若嘀嗒声迅速表明出高灵敏度，反之为低灵敏度。
注意：若一个稳定的嘀嗒声难以保持则表明电池需充电。
- 5、检查特定环境的漏点，若可检漏气体进入接触点时，嘀嗒声就会增强。
- 6、当可燃气体被检漏仪探测到时，LED灯伴随着外高的嘀嗒声率，从左到右发亮，浓度越大，亮的灯越多。
- 7、一般情况下，无需调节仪器的灵敏度，然而在可能漏气信号发现之前，就发出报警信号，则很可能是空气已被高浓度的气体污染了。此时可以通过逆时针方向调节旋钮来降低灵敏度。
- 8、如果发现极其微弱的漏点，确保控制按钮在高灵敏度状态。

美国TIFTIF-8800A可燃气体检测仪的应用