

# 泰州市日常防护型口罩检测 细菌过滤效率测试

产品名称	泰州市日常防护型口罩检测 细菌过滤效率测试
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	日常防护口罩:细菌过滤效率测试 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

## 产品详情

我国口罩标准分为三类：民用口罩标准以 GB/T32610《日常防护型口罩技术规范》为代表，主要针对空气质量污染环境;工业领域防护口罩标准以(GB2626—2006《呼吸防护用品自吸过滤式防颗粒物呼吸器》)为代表，主要适用于工业作业场所;医用领域标准分别为：GB19083—2010《医用防护口罩技术要求》、YY0469—2011《医用外科口罩》、YY/T0969—2013《一次性使用医用口罩》，主要适用于医疗领域。

有关儿童口罩检测的要求，《民用卫生口罩》团体标准具体做了以下规定：儿童口罩分为大中小三个型号；所用材料的通气阻力不能大于30Pa；儿童口罩要求采用不易燃材料，阻燃性能要求口罩离开火焰后燃烧时间不大于5秒；儿童口罩应该采用耳挂式口罩带、不能有可拆卸小部件、不可以有自由端、不可以有外露金属物、避免突发性伤害；此外儿童口罩材料的安全性能要满足GB18401《国家纺织产品基本安全技术规范》的要求（如禁用可分解致癌芳香胺染料）。

在这里可能会有人问了，《民用卫生口罩》团体标准关儿童口罩检测什么事？这就要从《民用卫生口罩》团体标准的内容说起啦。T/CNTC55-2020及T/CNITA09104-2020明确的将民用卫生口罩分出了儿童用口罩和成人用口罩两个概念。该标准根据儿童个体差异，设置了不同的号型；根据儿童处理能力差，规定不同与成人的阻燃值；根据儿童生理发育的特点，要求适合儿童的呼吸保护系统；根据儿童活泼好动的特点，要求口罩生产设计必须避免潜在危险，而且可以满足儿童个性化的需求。值得注意的是该标准不适用年龄36个月及以下的婴幼儿。

儿童口罩细菌过滤效率要求超过95%；颗粒物过滤效率超过90%；口罩带与口罩体连接断裂强力要求超过5N；鼻夹长度超过5.5a/cm；耐干摩擦色牢度超过等级4以上；环氧乙烷残留量不超过10ug/g；甲醛含量不超过20mg/kg;pH值应在4.0·7.5之间。此外微生物指标要求大肠菌群、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、溶血性链球菌均不得检出，细菌菌落总数不得超过200CFU/g,真菌菌落总数不得超过100CFU/g。以上就是儿童口罩的检测规定。