

# 常州市儿童防护口罩检验 过滤防护性能测试

产品名称	常州市儿童防护口罩检验 过滤防护性能测试
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	儿童防护口罩:过滤防护性能测试 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

## 产品详情

儿童口罩检测报告GB/T 38880办理标准，儿童口罩使用GB/T38880进行办理检测报告，检测机构可以代办理儿童口罩检测报告！《儿童口罩技术规范》推荐性国家标准规定了适用于6岁至14岁儿童用口罩的基本要求、外观质量和测试方法，同时提出了19项主要性能指标。

5月7日，国家市场监督管理总局(标准委)网站正式发布GB/T38880-2020《儿童口罩技术规范》推荐性国家标准，该标准自发布之日(2020年5月6日)起实施。自此，儿童口罩无标可依的问题得到有效解决。

在防护性能方面，儿童防护口罩要求颗粒物过滤效率不低于95%，防护效果不低于90%；儿童卫生口罩要求颗粒物过滤效率不低于90%，细菌过滤效率不低于95%。

### 儿童口罩检测报告GB/T 38880

考虑到儿童生理发育阶段的呼吸特征，儿童防护口罩要求呼气阻力和吸气阻力均不高于45Pa；儿童卫生口罩要求通气阻力不高于30Pa。在口罩佩戴的舒适性方面，标准推荐采用可调节式口罩带。此外，标准还规定了微生物指标应达到一次性卫生用品要求。

《儿童口罩技术规范》推荐性国家标准还对儿童口罩的使用给出了明确的佩戴安全警示。比如，儿童应在成年人看护下佩戴口罩，看护人应注意观察并教育儿童正确佩戴口罩。

儿童佩戴口罩期间不应打闹或进行中等和中等以上强度运动，不应拆卸呼吸阀及呼吸阀内部件；如佩戴期间出现呼吸不适、皮肤过敏等症状，应及时摘脱口罩，必要时应立即就医。口罩应及时更换，不建议口罩洗涤后重复使用，已使用的口罩不能交换等。出现呼吸困难儿童不建议佩戴口罩。使用时应将将与口罩佩戴无关的物件清理掉等等。