

神经和心血管介入导管类产品导管座如何进行生物学评价

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 神经和心血管介入导管类产品导管座如何进行生物学评价 |
| 公司名称 | 深圳市思博达管理咨询有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市宝安区西乡大道780号万骏汇大厦1212 |
| 联系电话 | 13622380915 |

产品详情

快速交换型（Rx）球囊扩张导管产品导管座不与人体接触，因此导管座不需要进行生物学评价。

同轴整体交换型（OTW）球囊扩张导管、其他通路类导管产品等，导管座一般会与血液间接接触，该产品生物学评价应包括与血液间接接触的导管

座，生物学试验取样时可同时包含导管座的内外表面。