

# SW2010 耳/额温度计校准装置、体温计校准装置 山东尚威

产品名称	SW2010 耳/额温度计校准装置、体温计校准装置 山东尚威
公司名称	山东尚威仪器仪表有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:山东尚威 型号:SW2010
公司地址	山东省济南市时代总部基地
联系电话	13066032521

## 产品详情

### SW2010 耳/额温度计校准装置、体温计校准装置

#### 应用

用于校准红外耳温计、红外额温计等非接触式红外人体测温仪器

也可校准玻璃体温计、医用电子体温计等接触式温度计适用于计量部门，医疗卫生部门和红外耳温计、额温计及体温计生产制造企业

#### 功能特性

黑体腔内部采用漫反射涂层发射率满足 $0.999 \pm 0.001$ ,设计理论发射率为0.9994

恒温槽稳定性好，测温仪准确度高

整套装置小巧便携，便于送检

体温计装置可升级为全自动检定装置

#### 执行标准

《JJG1164-2019 红外耳温计检定规程》

《JJF1577-2016 红外耳温计型式评价大纲》

《JJF1107-2003 测量人体温度的红外温度计校准规范》

《JJG1162-2019医用电子体温计检定规程》

《JJG111-2003玻璃体温计检定规程》

《JJG856-2015工作用辐射温度计检定规程》

## 描述

SW2010型体温计校准装置主要由耳、额温黑体空腔、恒温槽、标准温度计及电测仪表组成，完全满足现行检定规程、校准规范的要求。工作状态时耳额温黑体空腔处于恒温槽工作区，标准器用于测量工作区标准温度，通过对工作区的温度控制实现黑体空腔的温度\*\*控制，从而完成耳额温计的校准。适用于计量部门，医疗卫生部门和红外耳温计、额温计及体温计生产制造企业。