

医用电气设备(心电监护设备)检测-食品检测

产品名称	医用电气设备(心电监护设备)检测-食品检测
公司名称	百检信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	18501763637 18501763637

产品详情

百检网-大型的第三方检测平台，为您提供检测、检验、第三方检测、质检报告、计量认证，提供专业的CMA/CNAS资质报告，报告适用于电商入驻，工商抽检，商超入驻，招投标等。

检测标准：

1 医用电气设备第2-25部分:心电监护设备安全专用要求 GB 9706.25-2005 IEC 60601-2-27:1994 部份参数

2 医用电气设备第2-25部分:心电监护设备安全专用要求 GB 9706.25-2005 IEC 60601-2-27:1994 分类

3 医用电气设备第2-25部分:心电监护设备安全专用要求 GB 9706.25-2005 IEC 60601-2-27:1994 设备或设备部件的外部标记

4 医用电气设备第2-25部分:心电监护设备安全专用要求 GB 9706.25-2005 IEC 60601-2-27:1994 使用说明书

5 医用电气设备第2-25部分:心电监护设备安全专用要求 GB 9706.25-2005 IEC 60601-2-27:1994 有关分类的要求

6 医用电气设备第2-25部分:心电监护设备安全专用要求 GB 9706.25-2005 IEC 60601-2-27:1994 隔离

7 医用电气设备第2-25部分:心电监护设备安全专用要求 GB 9706.25-2005 IEC 60601-2-27:1994 连续漏电流和患者辅助电流

8 医用电气设备第2-25部分:心电监护设备安全专用要求 GB 9706.25-2005 IEC 60601-2-27:1994 电介质强度

9 医用电气设备第2-25部分:心电监护设备安全专用要求 GB 9706.25-2005 IEC 60601-2-27:1994 液体泼洒

10 医用电气设备第2-25部分:心电监护设备安全专用要求 GB 9706.25-2005 IEC 60601-2-27:1994 除颤效应的防护和除颤后的恢复

11 医用电气设备第2-25部分:心电监护设备安全专用要求 GB 9706.25-2005 IEC 60601-2-27:1994 除颤后心电监护设备电极极化的恢复时间

12 医用电气设备第2-25部分:心电监护设备安全专用要求 GB 9706.25-2005 IEC 60601-2-27:1994 心电监护设备的非正常工作的指示

13 医用电气设备第2-25部分:心电监护设备安全专用要求 GB 9706.25-2005 IEC 60601-2-27:1994 连接—概述

14 医用电气设备第2-25部分:心电监护设备安全专用要求 GB 9706.25-2005 IEC 60601-2-27:1994 内部电源

15 医用电气设备第2-25部分:心电监护设备安全专用要求 GB 9706.25-2005 IEC 60601-2-27:1994 网电源接线端子装置和网电源部分的布线