

Storz 史托斯11302BD2纤维镜钳子管漏水图像黑点维修案例分享与交流

产品名称	Storz 史托斯11302BD2纤维镜钳子管漏水图像黑点维修案例分享与交流
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Storz 史托斯 型号:11302BD2 类别:纤维镜
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

Storz 史托斯11302BD2纤维镜钳子管漏水图像黑点维修案例分享与交流

品牌与产地：史托斯Storz

型号与REF：11302BD2

送修单位：郑州仁和老某医院

广州云启医疗设备有限公司公司是一家专业从事医疗器械维修及服务保养的技术型公司，经过多年发展已经成为实力较强的综合维修服务中心之一。公司采用进口配件，**技术人员，精湛的维修技术能达到芯片级的CCD修复，并与国内多家机构，医院合作为软镜（电子、纤维）、硬镜（输尿管镜、电子腹腔镜、光学硬镜）、内窥镜周边设备（摄像头，摄像主机，冷光源）提供技术服务和配件销售。公司秉承专业维修，诚信服务，不断创新的理念，降低医院成本，提高使用寿命和价值。

维修案例一：

storz 11292AD1纤维镜 蛇骨断 图像都是黑点 钳子管漏水

设备名称：storz 11292AD1纤维镜

检测故障：蛇骨断 图像都是黑点 钳子管漏水

维修方案：换蛇骨 像束 光束 插入管 钳子管 钢丝 螺旋管 橡皮

维修周期：15工作日

保修周期：非人为保6个月"

维修案例二：

设备名称：STORZ 11278A1纤维输尿管镜

检测故障：反馈无法使用或使用不正常插入管漏，橡皮漏，钳子管漏，角度紧不回躺

维修方案：更换插入管，钳子管，钢丝，橡皮，光束，像束。

维修周期：7个工作日

保修周期：6个月"

云启医疗专注医疗机构手术室内窥镜与周边设备的维修维保，为微创外科、腔内检查与治疗手术提供设备保障服务。"

广州云启-我们还提供以下服务：

动力系统维修：耳鼻喉综合动力手柄，气动力手柄，刨削手柄，刨刀手柄，磨钻、超声刀手柄等，及线缆、脚踏、主机等。

内窥镜系统维修：电子软镜、纤维软镜、光学硬镜、电子腹腔镜、视频处理器、内窥镜摄像系统、摄像头、冷光源等

B超维修：主板、探头等

医疗电子设备维修：超声刀主机、高频电刀、射频治疗仪等

手术器械维修：强生换能器、强生刀、输尿管肾钳、异物钳、电凝钳、镜鞘、咬骨钳、分离钳、分离剪、活检钳、操作手件等；