

# 口罩的日本标准JIS T 9001和JIS T 9002出台了

产品名称	口罩的日本标准JIS T 9001和JIS T 9002出台了
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

## 产品详情

1 口罩的日本标准JIS T 9001和JIS T 9002 出台了。口罩在全球疫情持续的现在，成为了所有人的必需品。自疫情发生以来，随着其需求的剧增，从海外进口急剧增加，口罩制造商以外的经营者也纷纷投入到口罩的制造、销售等活动中，致使口罩市场扩大化、多样化，但是日本之前的口罩的官方标准还没有完善。因此，为了实现试验方法的标准化，确保一定性能的口罩在日本国内流通，制定了口罩的标准。通过该JIS标准的制定，能够确保满足标准要求的口罩被制造销售，期待能更好地保护消费者和医疗从业者的安全。

2 JIS T9001和JIS T9002制定的目的现在，为了预防新型冠状病毒肺炎感染，极力推荐戴口罩。在日本，由于花粉症对策等原因，在爆发新型冠状病毒肺炎之前口罩就已经普及了，口罩对日本消费者来说是认知度和识别力很高的消费品。但是，一直以来日本还没有制定相关标准，不得不根据各厂家各自的测试方法的品质信息来判断口罩的性能。因此，对口罩的性能及试验方法进行标准化，为了使使用者能够安心购买，制定了标准JIS T9001（医疗用及一般用口罩的性能要求及试验方法）和JIS T9002（感染对策医疗用口罩的性能要求及试验方法）。

3 制定标准的要点根据规定的测试方法进行测试，需要满足过滤率、压力损失、安全卫生项目等性能要求，材质、形状不受限制。3.1 JIS T 9001（医疗用及一般用口罩的性能要求及试验方法）3.1.1 医疗口罩指从事一般医疗、看护等工作的人使用的口罩。关于医疗口罩所需的过滤率、人工血液阻隔性，分为类、 、 三类，并规定了共同的压力损失（通气性）、安全和卫生要求。3.1.2 普通口罩指一般消费者使用的口罩。规定了4个过滤率要求（包括微粒子状物质、包含细菌的飞沫、包含病毒的飞沫、花粉粒子）和压力损失（通气性）、安全卫生要求。

3.2 JIS T 9002（感染对策医疗用口罩的性能要求及试验方法）3.2.1 感染对策医疗用口罩指从事感染对策的医疗工作者使用的口罩。根据是否有人工血液阻隔性等附加性能，将其分类为类型 、 ，除了性能要求及其试验法之外，还对安全、卫生方面进行了规定（不适用于劳动安全卫生法中的防尘口罩。）

4 标准制定后期待的效果 通过该标准的制定，可以提高在国内流通、广泛使用的口罩的质量，使用者可以放心选择使用。另外，也有望提高日本的高品质口罩国际竞争力。