

红外线测温仪

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 红外线测温仪 |
| 公司名称 | 泰兴市振鑫测控设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 泰兴市济川北路99号10幢112号 |
| 联系电话 | 86-052389702676 15371575157 |

产品详情

| | HT-822 |
|--------|---------------------------------|
| 量程范围 | 50 ~ 500 / -58 ~ 932 |
| 距离与目标 | 12:1 |
| 发射率 | 可调:0.10~1.00 |
| 精确度 | ± 2% |
| 分辨率 | 0.1 / |
| 响应时间 | <1秒 |
| 超量程提示 | 液晶显示器上显示“ ---- ” |
| 极性显示 | 自动(正极无显示);(-)表明负极 |
| 二极管激光器 | 输出<1mW,630 ~ 70nm,class 2(激光产品 |
| 光谱响应 | 8 ~ 4 μ m |
| 自动关机 | 大约20秒钟后自动关机 |
| 操作温度 | 0 ~ 50 (32 ~ 22) |
| 储存温度 | -20 ~ 60 (-4 ~ 140) |
| | |

相对湿度

操作:10% ~ 90%RH;存储:<80%RH