

北京IPX3IPX4摆管淋雨试验装置_防水试验设备

产品名称	北京IPX3IPX4摆管淋雨试验装置_防水试验设备
公司名称	南京环科环境试验设备厂
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	南京市江宁区麒麟门开城路1号
联系电话	025-84199144

产品详情

北京IPX3IPX4摆管淋雨试验装置_防水试验设备

IPX3IPX4摆管淋雨试验装置参照标准

本IPX3IPX4摆管淋雨试验装置满足GB 2423.38-2005《电工电子产品基本环境试验规程 试验R：水试验方法》，严格按低压电器外壳防护IP等级GB 4208—93、GB 4706、GB 7000等相对应的国家标准及其它相关标准的技术参数设计制造。可进行相应标准规定的水试验。

IPX3IPX4摆管淋雨试验装置技术规格

- 1、型号：BL—1000
- 2、样品架转速：1--3 r/min可调
- 3、样品架承重：50kg
- 4、摆管半径：R1000mm

5、试验台面尺寸： \varnothing 500mm（可根据客户要求设计）

6、摆管喷水孔径： \varnothing 0.1mm 或 \varnothing 0.4mm

7、摆管孔间距离：50mm

8、摆管喷水孔数量：41--62个

9、摆管摆幅： $\pm 60^\circ$ 、 $\pm 90^\circ$ 、 $\pm 180^\circ$ 可调

10、摆管总水流量：2.9—4.3L/min可调

11、每孔平均水流速度：0.07L/min

12、设备电源：AC380V

IPX3IPX4摆管淋雨试验装置电路控制和保护系统

1、本套摆管淋雨设备采用进口变频器控制转速，有效保证试验按标准运行；

2、摆管和转台分别独立的控制系统；

3、时间设定分别控制几个独立的系统；

4、进口执行元器件；

5、配备水过滤器；

6、无熔丝保护开关；

7、过载、漏电、全护套式接线端子；

8、具有自动关机等保护；

IPX3IPX4摆管淋雨试验装置随机资料

- 1、说明书、电路图、合格证、保修卡；
- 2、操作方法、注意事项、出货基本配件、维修保养事项；

IPX3IPX4摆管淋雨试验装置使用条件

- 1、环境温度：5 ~ +32 ；
- 2、环境湿度： 95%；（不结露）
- 3、电源要求：AC380（ $\pm 10\%$ ）V/50HZ 三相五线制；
- 4、预装容量：3KW；

售后服务 1、安装调试：我公司负责免费送货至客户指定地点,并派专业技术人员免费安装调试，培训2~5名操作员到会操作为止。 2、售后服务承诺：公司产品均保修一年，终身维护。若产品出现问题，在接到报修电话15分钟响应，48小时内由我司专业维修人员上门处理。