

洁净实验室的标准操作规范

产品名称	洁净实验室的标准操作规范
公司名称	天津中达检测有限公司山东分公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济技术开发区长河街道办事处康博大道819号北方电动车市场内3号楼9号门市101室（注册地址）
联系电话	17753482120 17753482120

产品详情

- 1、指定净化系统的运行时间，每次实验前，应打开净化系统运行至少1小时，同时打开净化台和紫外线灯。
- 2、放入洁净室(无菌室)的物品必须在缓冲室外表面用消毒剂进行消毒灭菌，经过物流缓冲室和转运窗1小时以上，经无菌空气干燥后，送至无菌室。
- 3、实验室人员进入洁净室(无菌室)不得化妆、佩戴手表、戒指等首饰；不要吃口香糖。洗手后，进入第一缓冲室换衣服。同时穿上消毒隔离拖鞋，脱下外套，用消毒液消毒双手后戴上无菌手套，戴上无菌头罩和口罩。
- 4、要对温度计、湿度计上显示的温湿度进行观察，看是否在规定范围内，并记录为原始实验数据。如果发现问题，及时查找原因，及时向实验室主管汇报进行修复，并记录修复原因和结果。
- 5、每次实验的同时，对手术室和层流台上的微生物沉降菌落进行计数，并将结果记录在使用登记簿上，并作为实验环境的原始数据记录在实验报告中。