

# 自动苏生器

产品名称	自动苏生器
公司名称	山东中煤工矿集团
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	山东济宁火炬路69号高新区工业园
联系电话	0537-2351387 15192410265

## 产品详情

### 自动苏生器

MZS系列自动苏生器, 优质自动苏生器, 山西苏生器, 苏生器厂家

MZS-30系列苏生器热销订购热线：徐瑞 15192410265    QQ                                : 2421391828

#### 自动苏生器概述：

SZ-30自动苏生器是一种自动进行正负压人工呼吸的急救装置。它能把含有氧气的新鲜空气自动地输入到伤员的肺内，然后将伤员肺内的有毒有害气体抽出，并连续工作。并设有单独给氧和抽取负压的吸引装置，可供呼吸还未麻痹的伤病员吸氧和清除伤病员呼吸道内的分泌物（或异物）之用。本产品还配备有外接气源接头，通过外接气源，可大量增加抢救时间。适用于抢救呼吸麻痹或呼吸抑制的伤员，一氧化碳（或其它有毒有害气体）中毒、溺水、触电等原因造成的呼吸抑制都可进行抢救。

#### 自动苏生器产品特点

：体积小、重量轻、操作简单、性能可靠、携带方便。特别适用于煤矿、化工、及其它部门在救护现场使用，也适用于医务人员外出急救和护送伤员途中使用。

#### 自动苏生器主要技术参数；

氧气瓶工作压力:20MPa氧气储备量:200L换气量调整范围:12~25L/mim充气正压力：1.96~2.45KPa抽气负压压力：-1.47~-1.96KPa流量为6L/min时，自动肺最小换气量15L/min自主呼吸供气量 > 15L/min吸痰引射压力值 60KPa仪器净重 6.5Kg仪器体积：长×宽×高（mm<sup>3</sup>）：430×270×160

吸引瓶内污物过多时，可拨开吸引管，半堵引射器喷孔(防止压力过高，使吸引瓶爆炸)，排除瓶内污物。

#### 自动苏生器使用说明：

- 一、经检查确认伤员为假死，必须立即打开苏生器路，将自动肺面罩压在伤员的面部，进行人工呼吸。
- 二、在开始使用自动肺进行人工呼吸时，操作者必须用手指轻压伤员喉头中部的环状软骨，借以闭塞食道，防止气体充入胃内。人工呼吸正常后方可停止压喉，并用头带将面罩固定。
- 三、使用自动肺进行人

工呼吸时，面罩必须压紧伤员面部，防止因漏气而影响自动肺工作。四、使用自动肺进行人工呼吸时，呼吸道不畅通会使自动肺动作过快，此时可将伤员的下颌骨托起，以利呼吸道畅通，如仍无效时，应重新清除呼吸道内的堵塞物。

联系人：徐瑞

手机：15192410265

座机：0537-2351387 // 18660761669

QQ：2421391828

旺旺：zhongmao0707

公司地址：山东省济宁市开发区火炬路69号