

高邮市医疗塑料袋热合强度检测 落镖冲击试验

产品名称	高邮市医疗塑料袋热合强度检测 落镖冲击试验
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:7-10个工作日 简称:广分检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

条根据《医疗废物管理条例》第十六条的规定，制定本标准和规定。

第二条 包装袋标准

(一) 基本要求

1、 包装袋不得使用聚（PVC）塑料为制造原料；

2、 聚乙烯

(PE) 包装袋正常使用时不得渗漏、破裂、穿孔；

3、 大容积为0.1m³，大小和形状适中，便于搬运和配合周转箱（桶）盛装；

4、 如果使用线型低密度聚乙烯（LLDPE）或低密度聚乙烯与线型低密度聚乙烯共混（LLDPE+LDPE）为原料，其小公称厚度应为150u m；如果使用中密度或高密度聚乙烯(MDPE，HDPE)，其小公称厚度应为80 u m；

5、 包装袋的颜色为黄色，并有盛装医疗废物类型的文字说明，如盛装感染性废物，应在包装袋上加注“感染性废物”字样；

包装袋技术要求

1包装袋在正常使用情况下，不应出现渗漏、破裂和穿孔。

2采用高温热处置技术处置医疗废物时，包装袋不应使用聚材料。4.3包装袋容积大小应适中，便于操作

, 配合周转箱(桶)运输。

4 医疗废物包装袋的颜色为淡黄, 颜色应符合GB/T 3181中Y06的要求, 包装袋的明显处应印制图1所示的警示标志和警告语。

5 包装袋外观质量: 表面基本平整、无皱褶、污迹和杂质, 无划痕、气泡、缩孔、针孔以及其他缺陷。

6 包装袋物理机械性能应符合表1的规定。

拉伸强度(纵、横向) 20 Mpa

断裂伸长率(纵、横向) 250%

落镖冲击质量130g

跌落性能无破裂、无渗漏

漏水性无渗漏

热合强度 10N/15mm