

PH值GB/T 7573测试，纺织品水萃取液pH值测试介绍

产品名称	PH值GB/T 7573测试，纺织品水萃取液pH值测试介绍
公司名称	深圳市优耐检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道陶元社区凯诚高新园1楼 &4楼
联系电话	18026248720 13699796815

产品详情

1. 范围

本标准规定了一种纺织品水萃取液pH值的测定方法。

注：使用本方法测得的纺织品试样的水萃取液pH值不能作为纺织品酸碱性的定量评估，特别是当pH值大于11或小于3时更是如此。

本标准适用于任何形式的纺织品（纤维、纱线、织物等）。

2. 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的*新版本。凡是不注日期的引用文件，其*新版本适用于本标准。

GB 6529 纺织品的调湿和试验用标准大气

3. 原理

在室温下，用带有玻璃电极的pH计测定纺织品水萃取液的pH值。

4. 试剂

4.1 三级水或去离子水：20 ±2 时，pH值在5~6.5范围，*大电导率 2×10^{-6} S/cm。使用前需煮沸5min以

去除二氧化碳，然后密闭冷却。

4.2 缓冲溶液：其pH值应接近待测溶液，测定前，用它标定pH计。