

# Bowie-Dick 00135LF测试包-生物制药专用上海德拉

产品名称	Bowie-Dick 00135LF测试包-生物制药专用上海德拉
公司名称	上海德拉电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海浦东新区金豫路100号3号楼1106室
联系电话	021-68974449 13002117150

## 产品详情

产品描述：3mBD测试包00135LF用于检测预真空压力蒸汽灭菌器空气排除效果。

产品说明：

1. 严格符合美国AAMI ST79和我国《消毒技术规范》对于BD测试的各项要求；
2. 模拟国内外相关标准的一次性装置，为B-D测试提供稳定、标准的抗力；
3. 预警式B-D包在出现失败结果前可提供有效警示；
4. 内含标准化B-D测试纸，正确反映灭菌器性能，结果稳定可靠；
5. B-D测试图案按照人眼生理设计，方便日常阅读，大限度提高人工阅读；
6. 一次性产品设计，免去清洗等相关不可控成本；
7. 配合B-D测试纸记录册，便于归档管理，完善灭菌保障信息和质量控制系统；

本品性质：

本品参照新的国家标准，完全符合国家要求；

提供多种规格、不同级别要求的产品，方便您的需要；

快递传递产品，让你收货无忧！！

用途：

用于检测预真空压力蒸汽灭菌器空气排除效果。

贮藏条件：

置于干燥(相对湿度35%-60%)室温(15-30 )环境。避免靠近灭菌剂和其它化学物质。

保质期：

在说明书规定的条件下，自生产日期起为24个月。

注意事项：

放置位置同生物PCD，排气口上方，建议每锅至少放置一点；

不能用于干热、环氧乙烷或其他低温灭菌方法的监测。