

ISO 11810 标准 激光和激光相关设备. 手术单和/或病人防护覆盖物抗激光试验方法和分类.

产品名称	ISO 11810 标准 激光和激光相关设备. 手术单和/或病人防护覆盖物抗激光试验方法和分类.
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

Lasers and laser-related equipment - Test method and classification for the laser resistance of surgical drapes and/or patient protective covers - Primary ignition, penetration, flame spread and secondary ignition

1. 样品前处理

附加条件测试 Additional oxygen concentration

98% 氧气含量 O₂

1. 样品前处理费

附加条件测试 Additional oxygen concentration

98% 氧气含量 O₂

所有试验均应使用连续波 (CW) CO₂激光器, 最小功率为20 W测量。光斑直径 (根据ISO 11145和ISO 11146-1) d 95应为2 mm 激光诱导点火测量和1 mm的穿透阻力测量。

功率计用于测量激光辐射功率和测定穿透阻力应使用测量范围从小于10 mW到大于20 W的。A响应时间贯入阻力测量应使用u 0.25 s。测试应在电源处进行试验所需的密度。

周期：2-3weeks, 加急服务周期待定

需要3平方米的材料,需要指定被激光冲击的面

以上不含物流成本, 不含物流周期

Sample report样本报告：