

# 射频能量平台 开机自检 声光提示 液晶显示屏

产品名称	射频能量平台 开机自检 声光提示 液晶显示屏
公司名称	北京索吉瑞科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲13号10幢3层302室
联系电话	19910706925

## 产品详情

高频手术设备 型号：Gemini [国械注准20233010312](#)

俗称：

射频能量平台

技术参数：

- 1、显示方式：7寸液晶显示屏
- 2、工作频率：单极4.0MHz和双极1.7MHz两种输出频率
- 3、工作模式：纯切1、纯切2、混切、凝血、双极电凝功率1、双极电凝功率2和双极电凝2七种工作模式
- 4、单极输出功率： 120W，双极输出功率： 120W
- 5、具有手控和脚控两种控制方式，脚踏开关防水等级为 IPX8
- 6、操作手柄可直接手控切割、混切和凝血功能
- 7、具有开机自检(自动提示错误代码)和声光报警提示功能，警报音量大小可调
- 8、具备中性极板检测功能(REM),并检测接触电阻变化，当中性极板和人体接触面积的小于主机设备设定的安全值时，REM报警系统启动，同时射频手术设备输出停止

双频射频技术带来较小的侧向热损伤和\*\*的切割