

YY0843-2011检测设备医用内窥镜供给装置气腹机综合性能检测仪

产品名称	YY0843-2011检测设备医用内窥镜供给装置气腹机综合性能检测仪
公司名称	西安信捷智能检测科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西安信捷智检 型号:SGH650 测试项目:YY0843-2011测试项目
公司地址	陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路东段寰宇大厦2号楼312室
联系电话	029-85870257 18192739257

产品详情

产品特点：YY0843-2011检测设备——医用内窥镜供给装置气腹机综合性能检测仪满足标准检测要求。1. 智能化分析仪器：简易操作，自动控制计时检，自动计算；2.显示：彩色触摸显示屏，中文操作菜单；3. 包含模拟腹腔；

满足标准YY0843-2011检测设备医用内窥镜供给装置气腹机综合性能检测仪，适用于二氧化碳气腹机各项性能检测。检测功能：

a 欠压补充时间测量装置，b 流量设置的准确性测量，c 流量显示的准确性测量，d 持久性测量、e 显示耗气量的准确性测量，f 腹腔模拟器，g 气压预制准确性测量、h 气压显示准确性测量、j 过压报警功能测量、k 过压释放功能测量、l 欠压补充时间测量、o 持久性测试产品参数：

- 1、容器1为立方体，边长350mm，高度560mm；
- 2、容器2为圆柱体，直径160mm，高度350mm；
- 3、带有气压传感器，可显示测试腔体内气压值，气压测量范围0-50kpa，精度0.4；
- 4、气压测量，气压传感器，量程0-10kpa，精度0.4
- 5、气压测量：数字式气压检测传感器，测量范围0-200kpa，测量精度不小于0.4；
- 6、自动控制计时，计时精度0.01s，计时范围0-99999s；
- 7、自动计算欠压补充时间，计时精度0.01s，计时范围0-99999s；

- 8、流量测量：检测准确度优于 0.1L/min；量程 0-50L/min；
- 9、测试气压微调阀，试验气压可微调至 0.1MPa；
- 10、带有进气口和出气口，配置开关阀门，气管直径 8；
- 11、转子流量计，量程 100ml/min，准确度等 10；
- 12、试验管路，采用 8 导气管；
- 13、显示：彩色触摸显示屏，中文操作菜单；
- 14、高度调节尺，可显示测试高度，量程 0-200mm，精度 $\pm 1\text{mm}$ ；
- 15、带有排水阀门；
- 16、测试高度可调节，可锁定测试高度；
- 17、测试附件齐全；
- 18、外形尺寸;420*420*720mm;

我公司主营产品：YY0068医用内窥镜光学性能、YY1587 YY1603内窥镜成像质量检测设备、各类内窥镜供给装置检测设备、激光安全性能检测系统；冷光源、光缆、眼底相机、婴儿灯、美白仪、光固化机、红、黄光治疗仪等医疗设备的光学性能、物理性能的专用检测设备及测试系统软件。更多产品详情请咨询我公司销售顾问。