

GB9706.1:2020条款8.8.4.1图21绝缘材料耐热性球压试验装置

产品名称	GB9706.1:2020条款8.8.4.1图21绝缘材料耐热性球压试验装置
公司名称	深圳市嘉士达精密仪器有限公司
价格	800.00/件
规格参数	品牌:JUSDATEST 型号:JSD-BP 作用:绝缘材料耐热性球压试验装置
公司地址	西乡街道臣田社区宝民二路东方雅苑A100
联系电话	4006608810 18820263964

产品详情

GB9706.1:2020条款8.8.4.1图21绝缘材料耐热性球压试验装置

所有类型的绝缘隔挡，在ME设备的预期使用寿命期间都应保持其耐热性。

如果外壳部分和其他外部绝缘部件受损伤可导致不可接受的风险，则通过球压试验进行验证：除了软电线的绝缘以及陶瓷板料部分外，由绝缘材料制成的外壳和其他外部部件使用图21所示的试验装置进行球压试验。将受试件表面置于水平位置，用一个直径为5mm的钢球以20N的力对受试表面加压。试验在温度为 75 ± 2 的加热箱中进行，或者是使用技术说明书中列出的环境温度 ± 2 加上11.1试验中测量所得的绝缘材料有关部分的温升，取二者的较大值。

在1h后退出钢球，并测量钢球压痕的直径，压痕直径不应大于2mm。