

# HJ421标准 - 医疗废物包装袋、容器和警示标志

产品名称	HJ421标准 - 医疗废物包装袋、容器和警示标志
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

## 产品详情

Test or certification item 测试或认证名称: HJ421 - 医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准

本标准自实施之日起代替《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》（环发[2003]188号）。与《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》（环发[2003]188号）相比，主要修改如下：

-包装袋技术要求中不再规定包装袋的具体厚度；

-补充增加了包装袋、周转箱物理机械性能检测的试验方法及检验规则。按照有关法律规定，本标准具有强制执行的效力。

本标准国家环境保护总局2008年02月27日批准。本标准自2008年04月01日起实施。本标准由国家环境保护总局会同卫生部解释。

1 包装袋在正常使用情况下，不应出现渗漏、破裂和穿孔。

3 包装袋容积大小应适中，便于操作，配合周转箱（桶）运输。

5 包装袋外观质量：表面基本平整、无皱褶、污迹和杂质，无划痕、气泡、缩孔、针孔以及其他缺陷

### 项目指标

断裂伸长率（纵、横向） 250%

跌落性能 无破裂、无渗漏

热合强度 10N/15mm

Refer products涉及产品: 医疗包装

Lead time周期: 常规服务 regular service 7 工作日 working days ( URGENT service, to be confirm, 加急服务待定 )

Sample size送样规格: 50pcs finished products 五十个成品

Photo for reference 涉及图片:

Sample report 样本报告 :