南通市医用防护帽检测中心 抗渗水性检测

产品名称	南通市医用防护帽检测中心 抗渗水性检测
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:7-10个工作日 简称:广分检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

一次性使用医用防护帽是用于环境保护医务管理人员、疾控和防疫等工作进行人员的头部、面部和颈部，防止企业直接通过接触含有一个潜在感染性污染物的一类医用防护技术产品。下面就是我们一起来可以看看一-次性使用医用防护帽检测的标准问题是什么？

广分检测提示医用防护帽性使用检测标准：YY/T1642-2019

本标准规定 - - 使用医疗防护帽的技术要求，测试方法，标志和说明使用和包装和存储。

本标准适用于医务人员、疾病控制和防疫人员接触潜在传染污染物时戴的医疗防护帽（以下简称防护帽）的二次使用。本标准适用于医疗防护帽的有限使用。

本标准不适用于医用辐射帽、一次性医用帽和一次性手术帽。YY/T1642-2019-次性使用医用防护帽检测测试项目:

GB/T2410-2008透明塑料透光率和雾度的测定

GB/T3923.1-2013纺织品织物拉伸性能第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)

GB/T4744纺织品防水性能的检测和评价静水压法

GB/T4745纺织品防水性能的检测和评价沾水法

GB/T545-2014纺织品燃烧性能垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定

GB/T12704.1-2009纺织品织物透湿性试验方法第1部分:吸湿法

GB/T14233.1-2008医用输液、输血、注射器具检验方法第1部分:

化学分析方法

GB次性使用卫生用品卫生标准

GB19082-2009医用- -次性防护服技术要求

抗渗水性 GB/T 4744-2013

透湿量 GB/T 12704.1-2009

表面抗湿性 GB/T 4745-2012

抗合成血液穿透性GB 19082-2009

过滤效率 GB .7

抗静电性 GB .9

静电衰减性能 GB .10

断裂强力 GB/T 3923.1-2013

断裂伸长率 GB/T 3923.1-2013

阻燃性能 GB/T 5455-2014 条件A

微生物 GB 附录B

无菌试验 《药典》2015年版四部 通则1101

环氧乙烷残留量 GB/T 14233.1-2008

结构与规格 YY/T .1

外观 YY/T .2

标志 YY/T .1