

M40泵吸式四合一气体检测仪

产品名称	M40泵吸式四合一气体检测仪
公司名称	山东佰润电子设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:美国英思科 型号:M40 产地:上海
公司地址	济南市历城区经十路7000号汉峪金谷A2-2-1102室
联系电话	0531-81756328 13869117969

产品详情

M40泵吸式四合一气体检测仪是英思科（Industrial Scientific）公司推出的一款多功能气体检测仪器。作为一家在气体监测领域具有丰富经验的美国品牌，英思科一直致力于为用户提供高质量的气体检测解决方案。

M40多气体检测仪拥有多项重要功能，能够检测并监测环境中气体的浓度，确保工作场所的安全。它能够同时检测和测量可燃气体、有毒气体、氧气和一氧化碳浓度。该仪器采用泵吸式设计，可以方便地采集样品进行分析，具有较高的准确性和灵敏度。

英思科M40多气体检测仪在设计上采用了先进的传感器技术，配备了可靠的燃气传感器，能够及时发现潜在的危险情况。该仪器还具有直观易懂的操作界面，显示屏上显示的信息清晰明了，用户可以方便地读取和分析数据。

此外，M40多气体检测仪还具备防水、防尘、防爆等特性，能够适应各种恶劣的工作环境。仪器还具备自动校准和自动关机等功能，提高了使用的便捷性。

M40泵吸式四合一气体检测仪产地为中国上海，由山东佰润电子设备有限公司作为授权经销商进行销售。作为一家专业从事电子设备销售的公司，山东佰润电子设备有限公司提供良好的售后服务和技术支持。

关于气体检测仪使用和维护方面的常见问题，以下是一些简要的问答

问 如何使用M40多气体检测仪进行气体检测

答 首先，确保仪器已经充电，并且传感器处于正常状态。然后，根据需要选择所需检测的气体类型，并

采用泵吸式设计进行样品采集。在采集和检测过程中，仔细阅读和遵守使用手册中的相关说明。

问 M40多气体检测仪如何进行定期校准

答 定期校准是确保仪器准确性的重要步骤。使用标准气体和校准设备，按照使用手册中的说明对仪器进行校准。校准通常建议每三个月进行一次，或在发生重大事故或异常情况后进行校准。

问 如何保养和维护M40多气体检测仪

答 定期清洁仪器外部表面，并确保传感器与气体样品接触时干净。在使用过程中，避免仪器受到严重冲击或水淹。同时，定期检查仪器的电池电量和工作状态，并及时更换损坏的部件。

总结起来，英思科M40泵吸式四合一气体检测仪是一款功能强大、**可靠的多气体检测仪器。山东佰润电子设备有限公司作为其授权经销商，将为用户提供优质的产品和专业的技术支持。无论是在工业生产环境、矿山作业现场还是防爆场所，M40多气体检测仪都能够为用户提供可靠的气体监测解决方案，确保工作场所的安全与稳定。