食品安全气相色谱仪

产品名称	食品安全气相色谱仪
公司名称	南宁市林奥仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市明秀东路238号
联系电话	86-771-5880708 13978676611

产品详情

a9系列气相色谱分析仪是echrom集多年的行业经验及智慧研发的气相色谱仪器，各项性能及技术指标达国际领先水平， 可以广泛应用于石油、化工、环保、食品安全、教育科研等众多领域。

a90 特点

1. 卓越的性能，具有竞争力的价格，满足广大客户的选择 2. 多行业适应性 3.
在各种苛刻环境下均表现出色

柱温箱 炉膛尺寸： 280*300*180mm 温度范围： 室温~450°C 液氮冷阱： -80~400°C 干冰冷阱：-55~400°C
温度控制精度： 0.1°C 最高程度升温速度： 120°C/min 可运行柱流失补偿（双通道） 进样口
多种进样口可配： 填充柱进样口 分流/不分流毛细管进样口 程序升温冷柱头进样口 挥发性串接进样口
柱头压力控制精度： 0.01psi 氢火焰离子化检测器（fid） 最高使用温度： 450°C 最小检出限：
≤2.5*10-12g/s(n-c16) 线性范围： 107(±10%) 热导检测器（tcd） 适配填充柱及毛细管柱
最高使用温度： 400°C 最小检出限： ≤4*10-10g/ml 线性范围： 105(±5%) 火焰广度检测器（fpd）
最高使用温度： 450°C 最小检出限： <2*10-11g s/s, <9*10-13g p/s 线性范围： >103 s, 104 p 选择性： 103g s/gc, 104g p/gc 电子捕获检测器（ecd） 最高使用温度： 450°C 最小检出限：
≤6*10-15g/ml（丙体六六六） 线性范围： >5*105 (±5%) 放射源： <10 mci, 63ni 微池设计， 阳极吹扫技术
氮磷检测器（npd） 最高使用温度： 450°C 最小检出限： ≤3*10-12g/s 线性范围：105 n， 105 p
最小检测限： <2*10-13g n/s, <2*10-13g p/s 选择性： 25000:1 gn/gc, 75000:1 gp/gc