

# 摄像手术无影灯

产品名称	摄像手术无影灯
公司名称	山东兖州华诺医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济宁兖州兴隆工业园
联系电话	0537-3487778 13563786218

## 产品详情

鲁食药监械（准）字2012第2540201号

[山东兖州华诺医疗器械有限公司](#) 手术无影灯系列

HNZF700/700 内置摄像手术无影灯主要参数: 类别：内置摄像系统手术无影灯  
型号：HNZF700/700 规格型号 HNZF700/700(内置摄像系统) 照度 120.000/120.000  
色温 4300K ± 500K 光斑直径 160-280mm 照明深度 600mm 亮度调节 八档连续调光  
术者头部温升 2 显色指数 97% 电源电压 220V ± 22V 50Hz ± 1Hz; 输入功率  
220W 灯泡功率 (W) 150/150 主、副灯自动切换  
量大有优惠哦！欢迎来电咨询！

外科手术的基本要素之一是必须保持手术过程中病原体数量最低，因此我们采用最佳手术无影灯外形设计，配合适当的安放位置（外科医生身后），能有效的控制病原体的数量。我厂手术无影灯具有高标准密封手柄，能够对残留病原体进行有效的消除。

颜色感知由所处光照的色温所决定，例如：日光的色温是5600kelvin；在5600kelvin色温下人类研究感受到的光是白光。因此专家建议手术室中光色温至少在4000kelvin；所以可以产生与日光治疗相同的光。而对于人类的眼睛，日光下的颜色才清楚，使诊断更加准确并且不会使医护人员因长时间工作而眼睛疲劳。

手术无影灯区别于普通灯的本质就是要达到手术的特殊要求：

- 一、手术室照明亮度要求，
- 二、安全的手术照明，
- 三、无阴影的要求，

四、冷光要求，

五、可拆卸消毒的要求。