

惠州 肠道水疗机风险管理的主要危害是什么，应如何编写

产品名称	惠州 肠道水疗机风险管理的主要危害是什么，应如何编写
公司名称	深圳市思博达管理咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡大道780号万骏汇大厦1212
联系电话	13622380915

产品详情

肠道水疗机风险管理的主要危害

可能的危害		可能的原因	造成的后果
能量危害	电磁能	设备受到电磁干扰；设备产生电磁能	设备运行异常或不能工作 作者健康或其他设备使用
	漏电流	电击	操作者受到电击伤害
	热能	设备加热功能失常	液体温度超温或过低，伤害 影响治疗效果
	机械能	压力测量不准确	灌注压力过高导致肠腔穿孔 死亡；压力过低，影响治疗
生物学和化学危害	微生物污染	治疗机管路、液箱及贮药装置中的药液长期储存，有超标微生物进入人体	导致患者感染

	生物相容性	与患者人体接触部分的原材料有毒有害	对患者产生毒性或刺激
	化学残留	清洁或消毒残留物超标	对患者肠粘膜产生刺激或介
信息	标记	标记缺少或不正确，标记的位置不正确，不能永久贴牢和清楚易认等	设备信息不明确；错误操作 治疗效果
危害	说明书	说明书未对消毒等维护信息作出详细说明；说明书未对故障排查作详细说明；说明书未对合理可预见的误用进行警告	非预期使用；设备运行异常 工作
操作	使用	未按照说明书中操作方法使用；在申请人规定的使用环境条件外使用产品；液箱、治疗机管路等	设备运行异常或不能工作 寿命降低；影响治疗效果；进
危害	错误	未按说明书要求及时清洗消毒	作用部位损伤