

苏州同心度测量仪，泊头同轴度测量仪，现货供应同轴度测试仪，偏

产品名称	苏州同心度测量仪，泊头同轴度测量仪，现货供应同轴度测试仪，偏
公司名称	深圳市拟基多友精密仪器有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道大浪南路新城市花园2栋D座302室
联系电话	13417347638 18025332755

产品详情

苏州同心度测量仪，泊头同轴度测量仪，现货供应同轴度测试仪，偏摆仪厂家。

1、使用前须知

1--1 操作须知：（一）

不應讓儀器直接暴露在陽光、潮濕的地方，應放置在乾燥、清潔的環境中，避免高溫和劇烈振動。

（二）同心度測量儀是一種精密儀器，應小心輕放，在運輸過程中避免衝擊和碰撞。（三）

為了不影響儀器的精確度，避免汙物或手指擦拭‘同步旋轉工作軸’及‘導向軸’。（四）

在測量時，應輕柔、順時針旋轉手輪，避免高速或忽左忽右旋轉。（五）

定期對儀器作防銹、清潔檢查工作，防止帶酸性物質接觸儀器表面。

1--2 維護和保養：（一）

所有部件都應保持清潔。若有細小灰塵，可用吹氣球吹去；若有油蹟和手指印，請使用棉紗輕輕抹去。

（二）不應自行拆裝同心度測量儀，以免使儀器性能不全。（三）

同心度測量儀不使用時，應用防塵罩蓋好，使之不與灰塵接觸，並貯藏在隔絕濕氣的地方，以免生銹。

（四）為保持同心度測量儀的性能，建議進行定期檢查（詳情可與代理商聯繫）。

（一）將被測工件放置在“同步旋轉工作軸”上，並將“手柄”放在工件表面。（二）將“工件支架調節器”調節到適當的位置。（三）將“量表及杠杆表”放置在工件表面上。

（四）打開電源開關，根據“量表和杠杆表”完成讀數。

同心度測量儀故障排除

問題原因解決方法 1、測量時被測工件自己移動 ‘手柄’ 壓力不夠
調節 ‘限高’ 高低

被測工件表面有螺紋或錐度 更換被測工件

‘ 量表 ’ 測頭施加壓力過大 作適當微調

‘ 同步旋轉工作軸 ’ 有塵埃或異物 對 ‘ 同步旋轉工作軸 ’ 作清潔 2、輪難旋轉 齒輪有異物卡住
對齒輪作清潔

被測工件表面帶粘膠或 磁性更換被測工件或對工件表面清潔

帶酸性物質導致軸承生銹 定期防銹檢查、並加噴防銹油等 3、量表夾具難移動
帶酸性物質導致量表表架生銹 定期防銹檢查、並加噴防銹油等 4、量表指針晃動過大
被測工件表面有螺紋或錐度 更換被測工件

‘ 量表夾具 ’ 螺絲鬆馳 緊固螺絲或更換螺絲

量表或杠杆表測頭已磨損 更換量表或杠杆表測頭

量表或杠杆表已損壞 更換量表或杠杆表

欢迎广大朋友来电咨询：零柒伍伍——陆壹伍陆捌捌伍壹

Nititoyo株式会社驻深圳办事处,总社在日本,深圳是日丰Nititoyo株式会社直属企业,主要负责日本Mitutoyo量具的销售兼售后服务与维修.此同心度测试仪是我社自行开发,设计,采用日本技术在香港总公司精度可达 $5\mu\text{m}$,测量范围可根据客户不同的需要订做.如贵司对此产品感兴趣请来电与我联系,非常感谢!

经营项目:

- 1.日本Mitutoyo卡尺,千分尺,量表,分厘卡,百分表,千分表,高度尺,厚度表,高度规兼维修.
- 2.投影仪,工具显微镜,影像测量仪.光学显微镜.及维修
- 3.螺丝扭力测试仪,同心度测试仪.破坏性扭力测试仪、同心度测定仪、同轴度测试仪等
- 4.定做不同型号的同心度测试仪。

品牌：Nititoyo

产品名称：同心度测量仪

产品型号：NTY-125-002B

Type:多槽双头型

适用直径：3-25mm

适用长度：102mm

机头精度：1um

综合精度：5um

此款同心度测试仪是我司自行研制生产测量工件外径3-25mm

测量工件长度102mm

可根据客户样品来定制精密可达到0.005mm以内

可夹持两个表，内圆及外圆可同时测量。

其特点1.高精度0.005mm，快速测量节省时间。同心度测试仪的主要用途：轴类零件圆度，同心度，圆周跳动，断面差的精密测量，轴类零件外圆及内圆可同时测量，轴类零件外圆及内圆参数的同时精密测量，轴类零件多点参数的同时精密测量，快速测量，断差面，内圆及外圆可同时测量。以上产品还可据客户工件特殊点，订制精度是2um、5um、10um，而且可根据客户工件特殊点，专门定制各种不同非标同心度测试仪。

现货供应同心度测量仪，宁波同心度测量仪型号，非标定做同心度测试仪、定做特殊同轴度检测仪、定做特殊同心度测定仪、定做特殊偏心度测试仪、定做特殊同心度测量仪、定做特殊同心度仪、定做特殊同心度检测仪定做特殊、定做特殊同心度、东莞-苏州-广西-海南-深圳-宁波、北京、上海、销售