

# YY0843医用内窥镜供给装置 气腹机 检测

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | YY0843医用内窥镜供给装置 气腹机 检测            |
| 公司名称 | 西安信捷智能检测科技有限公司                    |
| 价格   | .00/件                             |
| 规格参数 | 品牌:信捷智检<br>型号:SGH650<br>产地:陕西西安   |
| 公司地址 | 陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路东段寰宇大厦2号楼312室 |
| 联系电话 | 029-85870257 18192739257          |

## 产品详情

### 一、设备依据的行业标准：

该设备是依据YY0843-2011设计研发的。

### 二、设备的品牌：

信捷智检；

设备的型号：

SGH650；

### 三、医用内窥镜供给装置 气腹机 检测仪的简介：

SGH650 气腹机综合性能检测仪符合标准YYO843-2011医用内窥镜 内窥镜供给装置 气腹机，主要用于测试气腹机气压、流量、腹腔模拟器、持久性、耗气量、气体过滤器的过滤测试(可增加)等

### 四、测试项目：

A 欠压补充时间测量装置:

B 流量的准确性测量;

C 流量显示的准确性测量:

D 持久性测量:

E 耗气量测量

F 腹腔模拟器

G 气压预制准确性测量:

H 气压显

I 示准确性测量:

J 过压报警功能测量:

K 过压释放功能测量

L 欠压补充时间测量;

M 持久性测试:

N 气体过滤器的过滤测试(可增加)。

五、设备的包装：

更多设备信息以及详细参数请来电咨询。