

## 赣州实验室传递窗 医用传递窗厂家

产品名称	赣州实验室传递窗 医用传递窗厂家
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	1250.00/件
规格参数	灵洁:医院传递窗 PCR传递窗:层流传递窗 自净传递窗:传递窗
公司地址	广州市番禺区石基镇壆边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

## 产品详情

PCR实验室传递窗-微生物实验室传递窗微生物实验室传递窗安装位置:

在墙体选择方便的位置，然后开孔，孔一般比不锈钢洁净传递窗外径大10MM左右，把不锈钢洁净传递窗放入墙体，一般安装在墙体中间，保持平衡固定，用圆角或其他装饰条来装饰不锈钢。使用传递窗时先打开一个门，把要传递的物件放入箱体，此时对门是通过连锁机构不能打开的，等关上门后才能打开对门把传递物件取走，完成传递工作。

不管是机械连锁还是电子连锁，洁净传递窗只能打开一门，新装上后应对洁净传递窗的内外做一遍清洁和杀菌，然后定期检查和保养，看看有无连锁失灵，杀菌灯有无损坏，一般杀菌灯是易损品。

c)实验室中必须设置传递窗不产生蒸汽的高压灭菌锅或其他消毒装置。

d)实验间与外部应设置传递窗。传递窗双门不得同时打开，传递窗内应设物理消毒装置。感染性材料必须放置在密闭容器中方可通过传递窗传递。

e) 必须在实验室入口处的显著位置设置压力传递窗装置，显示实验间和缓冲间的负压状况。当负压指示偏离预设区间必须能通过声、光等手段向实验室内外的人员发出警报.可在该装置上增加送、排风高效过滤器气流阻力的显示。

f) 实验室启动工作期间不能停电。应采用双路供电电源。如难以实现，则应安装停电时可自动切换的后备电源或不间断电源，对关键设备(生物安全柜、通风橱、排气罩以及照明等)供电。

g) 可在缓冲间设洗手池：洗手池的供水截门必须为脚踏、肘动或自动开关。洗手池如设在主实验室，下水道必须与建筑物的下水管线分离，且有明显标志。下水必须经过消毒处理。洗手池仅供洗手用，不得向内倾倒任何感染性材料。供水管必须安装防回流装置。不得在实验室内安设地漏。

注:各种传递窗可根据用户要求非标订制。