

(全国上门维修)GE影像设备彩超开机屏幕显示无信号维修

产品名称	(全国上门维修)GE影像设备彩超开机屏幕显示无信号维修
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	10000.00/件
规格参数	品牌:GE 型号:GE所有系列彩超机维修 产地:美国
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

产品详情

(全国上门维修)GE影像设备彩超开机屏幕显示无信号维修

美国GE彩超开机屏幕不亮无显示维修，美国GE彩超显示屏无显示维修，美国GE彩超开机显示白屏维修，美国GE彩超开机显示花屏/闪屏维修，美国GE彩超开机显示蓝屏维修，美国GE彩超机器在运行时不间断的掉电关机维修，美国GE彩超机器在开机时反复重启维修，美国GE彩超机器在开机无反应维修，美国GE彩超机器开机电源黄色指示灯报错维修，美国GE彩超机器无法开机电源有黄色指示灯亮维修，美国GE彩超探头只有一个插口能用或都不能用维修，美国GE彩超开机好死机，做二维时好死机维修，美国GE彩超键盘某些键不能用维修，美国GE彩超正在使用时出现关机维修，

诊断仪在FLOW模式下有时出现彩色条纹。故障分析：1) 首先考虑是由设备间相互干扰造成的。2) 可能是探头断线引起的3) 可能是血流板故障造成的。

故障处理：彩色条纹的出现时有时无，大多数现象是由相同工作频率设备产生的电磁波相互干扰造成，关闭其他工作B超，若故障依旧，并且使用二维图像时正常，则可排除探头故障，更换彩色板，其后一个月内FLOW模式下未出现彩色条纹，故障解决。

故障四：诊断仪开机后出现蜂鸣声。故障分析：1) 音频输出扬声器损坏。2) 音频输出板或多普勒板损坏。3) 考虑可能出现短路的地方 例如按键卡住等造成

故障处理：检查键盘控制区，发现小键盘区的一个字母按键卡住，按下小键盘区的COMMENT键后，此字母一直出现在屏幕上，复位后蜂鸣消失故障解决。