

# 注射器柄推挤力测试仪符合YY0962-2021标准要求

产品名称	注射器柄推挤力测试仪符合YY0962-2021标准要求
公司名称	上海远梓电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:上海远梓 型号:TL2021-D 产地:江苏
公司地址	上海市青浦区沪青平公路9565号1幢2层S区278室
联系电话	17710295255 17710295255

## 产品详情

### 产品特点：

采用7英寸K600+内核/点阵式65色 800\*480分辨率触摸屏显示，PLC控制系统动态显示加载力值；操作界面可选：中文/英文/中英文切换；数字闭环控制，AD采集速度为500KHz，内码50万；高精度时钟芯片，断电存储；过载报警停机保护；触摸屏进行选择注射器的公称容量、实时回推最大力、回推最小力及芯杆移动和力的纪录曲线图，并由机载打印机打印测试结果。

执行标准：完全符合YY/T0962-2021附录B交联透明质酸钠凝胶针筒推挤力的测定方法研制。

测试项目：无菌注射器柄推挤力测试

公称容量：1ml ~ 60ml、任意选择。

推力范围：0N ~ 80N误差不大于 $\pm 1\%$ ；

分辨率：0.01N

试验的速率：30mm/min 误差不大于 $\pm 5\text{mm/min}$

打印方式：每次可打印8次、10次测试数据或13次测试数据及平均值和偏差值。

发货清单：主机1台、合格证1份、配套夹具、操作说明书1份、打

印纸1卷、配套砝码。

电源：AC90V-240V/50Hz

数据保存：机载针式打印机/可U盘导入电脑存储

净重：15kg 外形尺寸：400 × 290 × 275 ( mm )

服务：可定制非标仪器

仪器终身免费依国家标准规定升级服务、终身维护

尊敬的客户：

感谢您对上海远梓电子科技有限公司的关注与支持！我司是一家专业的设备厂家，致力于为全国各地的客户提供优质的设备和完善的售后服务。

我们很荣幸地向您推荐我们的新品——上海远梓TL2021-D型注射器柄推挤力测试仪。该设备旨在满足医疗行业对于注射器柄推挤力测试的需求，同时符合YY0962-2021标准要求。

首先，让我们来看一下该设备的品牌。上海远梓是一家具有良好声誉和丰富经验的专业设备品牌。我们的产品质量可靠，得到了广大客户的认可和好评。

接下来，我们关注一下该设备的型号。TL2021-D型注射器柄推挤力测试仪采用了先进的技术和制造工艺，保证了设备的准确性和可靠性。同时，我们还提供中英文系统和Linux系统以及针式打印机的免费升级系统，以满足不同客户的需求。

此外，该设备的产地是江苏，江苏是我国工业制造业发达的地区之一，拥有全面发达的供应链和稳定的设备制造优势，这也保证了我们产品的高品质和高性能。

对于设备的操作，我们做到了操作简单，即使没有专业的操作人员也可以轻松上手。同时，我们提供终身维护服务，确保您能够长期使用该设备并获得及时的技术支持。

在此，还需要注意的是，该设备支持第三方证书，这意味着您可以使用非标定的注射器进行测试。这样一来，您不仅可以方便地进行测试，还可以节省时间和成本。

综上所述，上海远梓TL2021-D型注射器柄推挤力测试仪是您可靠的选择。我们以优质的产品和完善的售后服务为您提供一站式解决方案。相信我们的设备能够满足您的需求，为您的工作带来便利与效率。

如果您对该设备有任何疑问或需要了解更多详情，请随时联系我们。我们期待与您建立长期合作关系，共同发展与进步。

再次感谢您对上海远梓电子科技有限公司的支持与信任！