

# 步入式恒温恒湿室 大型恒温恒湿试验箱 老化房多种规格可定制

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 步入式恒温恒湿室 大型恒温恒湿试验箱<br>老化房多种规格可定制 |
| 公司名称 | 东莞市德祥仪器有限公司                      |
| 价格   | 50800.00/台                       |
| 规格参数 | 是否支持加工定制:否<br>是否进口:否<br>湿度范围:20% |
| 公司地址 | 广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室（<br>注册地址） |
| 联系电话 | 0769-81330059 13650315209        |

## 产品详情

步入式恒温恒湿室广泛应用于多种行业和领域的试验和测试中，例如电子、汽车、空调、航空航天等。它们可以用于模拟各种恒温恒湿环境，对不同类型的产品或材料进行性能评估、耐久性测试、可靠性验证等。以下是部分可能的测量对象：

**电子产品：**步入式恒温恒湿室可用于测试电子产品的性能和可靠性，如手机、平板电脑、电视机等。

**汽车零部件：**步入式恒温恒湿室可用于测试汽车的零部件的性能和可靠性，例如发动机、变速器、润滑油等。

**空调设备：**步入式恒温恒湿室可用于测试空调设备的制冷、制热性能和耐久性，以及空气质量的检测。

**医药产品：**步入式恒温恒湿室可用于测试医药产品的质量和稳定性，如药品、疫苗等。

**食品和饮料：**步入式恒温恒湿室可用于测试食品和饮料的品质和保质期。

步入式恒温恒湿室的使用应遵循相关规范和标准，例如GB/T 2423、GB/T 10586等，以确保测试结果的准确性和可重复性。同时，为了保证设备安全和稳定性，在使用设备前应仔细阅读操作手册，并按照要求进行设备维护和保养。

在安装步入式恒温恒湿室时，需要注意以下事项：

**安装场所选择：**选择一个干燥、通风良好的场所进行安装。避免安装在易受震动、污染或潮湿的地方。同时，要确保设备周围没有任何障碍物，以便于正常操作和维护。

**设备平稳安装：**确保设备安装平稳牢固，避免出现晃动或不稳定情况。可以使用适当的脚轮、螺栓或其他支撑装置，根据设备的尺寸和重量进行固定。

**电力供应：**确认安装场所的电力供应是否符合设备的要求，并且要保证供电稳定可靠。接线过程中应按照设备的接线图和相关要求进行，确保正确连接电源线。

**管道连接：**若设备需要与水源、排水管道、气体管道等连接，请确保管道布局合理，并且连接处牢固密封，以防止泄漏或漏水情况的发生。

**控制系统设置：**根据用户需求和实际试验要求，正确设置控制系统的参数和功能。确保控制系统能够准确地监测和调节温度、湿度等参数。

**安全事项：**在安装过程中，务必遵循安全操作规程，注意个人防护措施，避免触电、碰伤或其他意外事故的发生。根据设备的安全要求，安装相应的安全装置，如漏电保护器、过温保护器等。

**阅读使用说明书：**在安装之前，仔细阅读设备的使用说明书和相关文档，了解设备的功能、操作方法和维护要点，以确保正确使用设备并最大限度地发挥其性能。