

# 合肥奥林巴斯高频电刀 广州汇益

产品名称	合肥奥林巴斯高频电刀 广州汇益
公司名称	广州汇益医疗设备维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区大灵山路11号明汇科创社区A1栋205
联系电话	13660543630 13660543630

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州汇益医疗设备维修有限公司

### 爱尔博VIO电刀脚踏故障

爱尔博VIO电刀脚踏故障可能是由于多种原因引起的，包括电路板损坏、电源问题等。以下是一些可能导致该问题的因素以及可能的解决方案：1.线路连接不良或松动：检查所有插头和插座是否牢固连接到设备上。如果发现松动的线头或者接触不好的地方，请重新插紧并确保它们没有短路的情况发生；2.电极磨损过度需要更换新电极片（建议联系医生）：如果您使用的是可重复使用的电极片，则可能需要更新这些部件以避免过度的磨损导致的性能下降。您可

以在购买新的机器时选择带有更多备用电极的型号来节省时间和金钱的成本支出，这样就不必每次换都从零开始切割了；3.产品老化影响工作效果（使用寿命限到了）：每台器械都是有一个自己的寿命周期的，合肥奥林巴斯高频电刀，一般国产电子手术刀在正常使用情况下一般是6-8年；而进口的就更久一点大概就是十年左右！但是有些零部件是已经过了保质期的时候那么就要注意维护保养了以确保能正常的工作！

爱尔博VIO电刀脚踏开关使用时有哪些  
注意事项？【广州汇益】

结构及组成：由VIO系列高频电系统主机和可供选配的等离子体凝固器(俗称气控制器)、VIO台车、仪器筐、双极等离子适配器及连接电缆、气电弧测试器、单极连接电缆、双极连接电缆、脚踏开关和电源线组成。具有单极电切、单极电凝、双极电切、双极电凝、等离子凝固、大血管闭合以及盐水下等离子切割功能。

使用脚踏开关时需要注意些什么？注意事项有哪些？根据负载的性质和电流值的不同，请注意产品的额定负载。搬运以及移动时请注意内部配线的短路、断路等现象发生。使用在有大量水、油、粉尘等场所时请注意产品的防护等级。重压和冲击是造成产品损坏的直接原因，奥林巴斯高频电刀维修中心，使用时请务必小心。

爱尔博VIO电刀脚踏经过维修师傅的检测和修复，成功地恢复了原有的工作效能。在此期间，我深感他们的服务态度和令人满意。他们不仅在短时间内完成了修缮任务，还提供了的技术支持和维护保养方案，奥林巴斯高频电刀ES G 400，确保我们的设备始终处于状态。对于有需要的朋友来说，不妨考虑将您的医疗设备和工具带到的服务中心进行维护和管理。这样不仅可以延长设备的寿命、提高工作效率和手术的安全性及可靠性。同时，您也可以享受到我们提供的优惠服务和个性化解决方案。

合肥奥林巴斯高频电刀-广州汇益(推荐商家)由广州汇益医疗设备维修有限公司提供。广州汇益医疗设备维修有限公司为客户提供“动力系统,摄像系统,超声乳化仪,超声换能器”等业务，公司拥有“美敦力,史赛克,施乐辉,林弗泰克,史托斯,蛇牌”等品牌，专注于医疗设备等行业。，在广州市天河区大灵山路11号明汇科创社区A1栋205的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：黄兰明。

