顺康ACMI冷光源维修指南故障维修

产品名称	顺康ACMI冷光源维修指南故障维修
公司名称	广州汇益医疗设备维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区大灵山路11号明汇科创社区A1栋205
联系电话	13660543630 13660543630

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州汇益医疗设备维修有限公司

广州汇益——维修olympus ESG400等离子电刀，射频刀、等离子刀等各类ESU设备，维修电设备，电指利用高频电能达到对组织进行切割、分离、止血等手术目的的设备

广州汇益-

整合你的高频电刀 – 能做到这一切

新的ESG-400为您的泌尿科套件提供直观的触摸屏，模式和的组织自适应功率输出。

用ESG-400高频电刀让您的TURIS达到新的水平连续等离子体可以更有效地工作由于改善了触发，因此使用大回路可加快工作速度仅使用组织适应功率输出所需的功率

的表现组织自适应功率输出应用良好的能量帮助您快速，干净，准确地切割

奥林巴斯内窥镜送水泵OFP-2维修【广州汇益】奥林巴斯内窥镜送水泵OFP-2耗材:MAJ-1606

器械通道适配器

100个包装:零件号 - K10007072

10个包装:零件号 - K10016091

MAJ-1607

器械通道水管

50个包装:零件号 - K10001146

10个包装:零件号 - K10016136

MAJ-1608

辅助通道水管

50个包装:零件号 - K10001147

10个包装:零件号 - K10016135

配件:

MAJ-1603

3个/包

2L水箱零件编号 -K10007071

MAJ-855

辅助水管零件号 -MAJ-855

MAJ-920

远程控制电缆线型号 -MAJ-920

产品名称：奥林巴斯ESG-400等离子电切系统主机WB91051C

产品适用范围：产品在开放手术、腹腔镜及内镜手术中与高频电器械及周边设备配合使用；

用于组织的电切与电产品性能结构及组成操作说该产品由主机(wB91051C)、双踏板脚踏开关(50402w)及选配件单踏板脚踏开关(50403W)和生理盐水电缆线(WA00014A)组成。额定工作频率430kHz。单极切割模式MAX功率300W，顺康ACMI冷光源维修指南，额定负载500g;单极凝固模式MAX功率200W，额定负载5009(软凝509);双极切功率100W，额定负载5009;双极生理盐水下电切功率320W，额定负载75g;双极凝MAX功率120W，额定负载75Ω(硬凝25Ω、精细电凝509);双极生理盐水下电凝功率200W，额定负载75g。该产品还具有自动启动功能、自动排烟功能及器械识别功能。

顺康ACMI冷光源维修指南故障维修由广州汇益医疗设备维修有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州汇益医疗设备维修有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为医疗设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!