

# 导尿管弯曲试验夹具生产厂家 寰正科技发展有限公司

产品名称	导尿管弯曲试验夹具生产厂家 寰正科技发展有限公司
公司名称	济南寰正科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市燕翔大厦619室
联系电话	13153037977

## 产品详情

在临床工作中，留置导尿的时常会出现导尿管堵塞的情况，那么该怎样处理呢，有哪些方法呢，下面就由寰正科技来简单讲一讲吧。

### 方法

- 1、一手反折捏住尿管近端，另一手拇指和食指捏住尿管向下滑10~20cm后，松开近端的手，反复数次。
- 2、适当用力按压膀胱区。
- 3、先消毒尿管近端4~6cm，将尿管送入4~6cm后，再消毒尿管与引流袋连接处，连接无菌生理盐水的无菌注射器，用力将生理盐水推进尿管，并快速将尿液抽出，反复数次。
- 4、采用上述方法无效时，将尿管拔出，重新留置导尿。原理第一种方法是采用在尿管内形成负压使尿液引流出来。

济南寰正科技发展有限公司是一家专注于开发医疗器械检测设备的国内企业，并多次参与过论证。曾参与过的标准论证如下：输注泵YY0451、电子泵、导尿管YY0325、YY0332-2011植入式给药装置等。通过不断积极和开拓进取，我们始终走在行业的前沿。寰正至精至诚，以积极进取的团队精神、有效的行动，取得了骄人的成绩。

1, 严格执行无菌操作：误插尿道或脱出立即更换2.控制尿潴留患者放尿速度和量：勿快，放600 - 800ml 夹管3.观察记录尿颜色量性质

(1) 妥善固定尿管，保持管道通常，堵塞时及时检查并调整尿管位置，长春导尿管弯曲试验夹具，用西林反复冲洗必要时更换

(2) 预防出血渗尿：插入过浅，部分气囊紧贴后易引起出血，所以上尿管见尿再进4 - 5cm后充气或注水，然后将导尿管向外轻拉至不动即可；此时使气囊正好在内口，可有效预防出血或渗液

(3) 前列腺术后、外伤性断裂：应持续冲洗2至3天，术后早期注意冲洗速度，过快可使创面大出血，过慢内出血凝固易形成血块使引流不畅。

济南寰正科技发展有限公司是一家专注于开发医疗器械检测设备的国内企业，并多次参与过论证，曾参与过的标准论证如下：输注泵YY0451、YY0332-2011植入式给药装置等。本着“、品质、服务”的经营理念，公司不断开发设计的产品，导尿管弯曲试验夹具价格，提升产品品质，在医疗器械检测设备领域打造客户心目中永远的金口碑品牌。

尿管拔除困难 原因有哪些？

1. 尿管与黏膜粘连：长时间留置导尿管，气囊尿管长时间浸泡在尿液中，尿垢及尿盐结晶沉积后使导尿管与黏膜粘连。因男性长，导管与黏膜的接触面积大，气囊抽空后，无法拔除尿管这种情况主要发生在男性患者。

2. 尿管气囊通道阻塞：无法抽出气囊内的液体，导致导尿管不能顺利拔除。原因有哪些？

气囊通道管径：狭窄较细，且橡胶制品在长时间使用后容易发生老化，加之尿液侵蚀，导尿管弯曲试验夹具生产厂家，使气囊通道及阀门出现机械故障导致阻塞，气囊内液体难以抽出。

气囊质量：弹性差，抽水时气囊回缩不良，气囊内液体残留；气囊通道内壁制作粗糙，管壁内存在活瓣样物，使得液体能顺利注入，但抽出液体时瓣样物关闭，导尿管弯曲试验夹具厂家，抽液困难。

注入液体问题：气囊内注入生理盐水，易形成结晶颗粒，导致通道阻塞，大家可在气囊内注入灭菌注射用水，而非生理盐水（前几年在和日本护理同行交流时，就发现存在这个差异。）

导尿管弯曲试验夹具生产厂家-寰正科技发展有限公司由济南寰正科技发展有限公司提供。济南寰正科技发展有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！