

植皮刀维修单价

产品名称	植皮刀维修单价
公司名称	广州云启医疗设备维修服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州天河区东环路126号广信(国际)机械大厦2栋311
联系电话	15013291722 15013291722

产品详情

广州云启--植皮刀维修单价

(2)使史赛克动力系统保持良好状态，有助于使用寿命延长。史赛克动力系统本身是贵重器械，价格高昂，而且由专人进行管理，管理者要选择正确的方式对其清洗、灭菌以及保养，减少器械搬动。在清洗过程中，一般会使用多酶液，进行有机物分解。并且给予史赛克动力系统润滑剂，使其性质温和，增加使用寿命。而且在清洗完成后要求使用流水和干布进行冲洗和擦拭。而且设备在手术完成后，一定要断开电源，同时关闭总电源，保护仪器，使其使用寿命进一步延长。植皮刀维修单价

广州云启--植皮刀维修单价

维修案例一：

设备名称：TRIVEXSYSTEM钻7210387

检测故障：电机发热电机故障

维修方案：维修电机

维修周期：2个工作日

保修周期：3个月

维修案例二：

设备名称：Atlantech电钻

检测故障：不能正常工作2把电机故障无法正常转动

维修方案：更换驱动板

维修周期：5个工作日

保修周期：3个月

维修案例三：

stryker 4208骨钻无法摆动，驱动板坏

设备名称：stryker 4208骨钻

检测故障：无法摆动，驱动板坏

维修方案：更换驱动板

维修周期：3个工作日

保修周期：非人为保修3个月植皮刀维修单价

广州云启--植皮刀维修单价

1.2种植手机和马达的养护

手术结束后，先用75%的酒精纱布擦拭手机和马达表面。将冷却盐水换成蒸馏水，运转马达冲洗手机内部，去掉蒸馏水再次运转马达将手机内的液体排出。将手机与马达分开，使用手机厂家的养护油喷注手机，注意手机头钻针插孔也要喷注养护油。再用将多余的养护油吹出，并擦干手机表面，将马达的手机接口处用酒精纱布擦试，吹干。手机和马达单独包装，打好包装后统一送中心供应室高温高压蒸汽灭菌。植皮刀维修单价

广州云启--植皮刀维修单价

2种植机的保养维护

手术结束后应及时切断种植机电源，保持清洁，禁用有机溶液擦拭种植机。可用巾覆盖在机器上以防止灰尘和紫外线灯的照射。种植机如果长期不使用时我们至少每周做定期检查，将手机、马达与种植机连接好后运转机器查看是否正常；及时发现问题及时处理，保证手术的正常使⤵用。植皮刀维修单价

广州云启--植皮刀维修单价

广州云启医疗设备有限公司成立于2016年，致力于医疗设备维修服务行业。维修项目还包括：动力系统；手术器械；电子设备；超声类；超声探头；软镜；硬镜。我们坚持不断超越，努力创新的精神，为客户提供高的服务。愿与您共建长期合作关系，植皮刀维修单价，共创美好未来。植皮刀维修单价

广州云启--植皮刀维修单价

加酶清洗法

加酶清洗法是指洗涤时将污染手术器械经流动水冲刷后用酶清洗剂浸泡5min后，再用手工清洗，这种方法需要在洗涤剂内加入多种生物酶(脂肪溶解酶、蛋白溶解酶等)使清洗变得容易，可将污染在器械上的污染物溶解。加酶清洗液能使蛋白质颗粒分解，能去除蛋白质，血渍等顽固污渍，具有双重去污作用，显著改善手术器械清洗洁净度，是当前用的较多的一种清洗方法，也有利于清洗过程中的质量控制。植皮刀维修单价

植皮刀维修单价由广州云启医疗设备有限公司提供。“摄像主机维修,动力系统维修,软镜维修,硬镜维修,手术器械维修”选择广州云启医疗设备有限公司，公司位于：广州天河区东环路126号广信(国际)机械大厦2栋311，多年来，广州云启坚持为客户提供好的服务，联系人：罗经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。广州云启期待成为您的长期合作伙伴！