

紫外灯老化检测机 厦门德仪设备

产品名称	紫外灯老化检测机 厦门德仪设备
公司名称	福建厦门德仪设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门厦门市湖里区金昌路7号
联系电话	592-5251436 13860482272

产品详情

产品介绍紫外灯老化检测机 适用于非金属材料的耐阳光和人工光源的老化试验。符合astm g151、g154《非金属材料暴露用荧光灯紫外暴露加速老化试验》，gb/t16422.3-1997、gb/t14522-93 astm g151、g154、iso 4892-3：2006《塑料实验室光源暴露方法 第3部分 uv荧光灯》等标准。产品属性紫外灯老化检测机箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，箱盖为双向翻盖式，操作简便。箱体内胆采用进口高级不锈钢板，箱体外胆采用sus304不锈钢发纹板，增加了外观质感和洁净度。加热方式为内胆水槽式加热，升温快，温度分布均匀。排水系统使用回涡型及u型积沉装置排水，方便用户清洁。

使用方法1.紫外灯老化检测机根据面板相关仪表标识，先调好本次试验的总时间。2 调好光照时间和淋雨时间，3.打开电源开关，光照和凝露即开始自动控制，有设定的时间交替进行。4.温度的控制：当电源接通后，指示灯亮，仪表此时亦显示。此时，可按仪表说明书（pxw系列）进行温度的设定，仪表可根据设定值进行自动控制，完成试验。主要特点1．型号：dezn-pa2．温度范围:r.t+10 ~70 3．湿度范围:90%rh4．灯管内中心距离:70mm5．试品与灯管的中心距离:50±3 mm6．波长：uva（国产315~400nm）uvb（国产280~315nm）7．幅照度：1000uw/cm²8．工作室尺寸：450×1170×500（深×宽×高）mm9．外形尺寸:530×1370×1350（深×宽×高）mm10、光照、冷凝、喷淋周期可调。11、黑板温度：60±3 注意事项1．使用中严禁打开箱盖，以防紫外光外泄。2．绝对禁止试验、爆炸性、可燃性及高腐蚀性物质。3．请注意本机必须安全确实接地以免产生静电感应。其他说明紫外灯老化检测机安装场所1、放于墙壁或其它任何机器之间的距离最少应有600mm以上。2、设置于平坦无振动之地面。3、选择通风良好，且勿受阳光直接照射。4、本机应远离热源及易燃易爆物品。5、电源电压之变动，请勿超过额定电压的±5%（最大容电压为±10%）。交易说明厦门德仪设备服务快捷：全国各地都有专业的售后服务团队，被客户曾称为：试验设备专业！我们公司专业生产：高低温试验箱、低温恒温箱、高低温湿热交变试验箱等环境试验设备。联系小俞：15960257050