

# 内水道低速牙科手机

产品名称	内水道低速牙科手机
公司名称	佛山市驰康医疗器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区罗村沙堤路三叉路口边一号楼房二层(北)
联系电话	86-75786436722 18927778622

## 产品详情

内水道低速气动涡轮牙科手机 1020-m4			
项目	描述	项目	描述
产品描述	e型低速手机, 1:1, 内置冷却系统	出水量	
气压	245 ~ 392kpa(2.5kgf/cm <sup>2</sup> ~ 4.0kgf/cm <sup>2</sup> )	耗气量	
雾化气压	200kpa	工作电压	
雾化水压	200kpa	工作电流	
转速	14000 ~ 2000r/min	功率	
夹针方式	机械式/卡式	消毒温度	
适用车针	2.334 ~ 2.350mm	震幅范围:	

噪音

70db

马达接口