福意联保温柜操作方式-安装方式

产品名称	福意联保温柜操作方式-安装方式
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	68613.00/件
规格参数	安装方式:内嵌式净化工程 控温方式:电脑控温 产地:北京
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

福意联保温柜操作方式-安装方式公司说明:

北京福意电器有限公司成立于1999年,是一家业从事实验室、医疗设备、经营、销售及售后的高科技企业,为医疗,实验室,科研、化工,,检测等提供业、完善、高质量的产品及的、售后。公司力争以新、优、全的产品,让您的选择、使用、售后一气呵成!公司按现代公司制度规范公司行为,坚持"质量优良,用户至上"的原则,和"锐意创新,精益求精"的精神,用自己不懈的努力和智慧为客户提供高质量的产品。

福意联保温柜操作方式-安装方式使用说明:

福意联保温柜操作方式-安装方式参数:

层流手术室的管理流程与维护 我们所熟知的层流手术室的室内压力根据其不同区域洁净度不同,所要求的参数也是不同的。而不同洁净度级别的层流手术室其空气洁净度标准也不尽相同,层流手术室急需要严格管理流程,来确保手术室洁净度的等级要求,保证患者在高洁净度的环境下接受手术,确保术后的恢复。层流手术室 层流手术室的管理流程如下: 1.1 严格着装管理 进入层流手术室人员务必按医疗规定穿高压灭菌的,务必佩戴性、帽子,离开时衣裤、鞋、帽、放在位置,接受治疗的患者要穿用的病号服装,用交换车接送,戴隔离帽。 1.2 空气净化系统的开关及清洁 每日早晨由夜班护士提前1h开启层流手术室的空调系统,并将温度按需调至22 ~ 25 ,湿度控制在40%~60%。每日手术结束后,有清洁工用标志明确、分区使用的卫生洁具将手术间打扫干净,关闭电动门,经1h层流后关闭空调系统。急诊手术间不关闭空调系统。连台手术在前一台手术完成后立即进行室内湿式清洁,并关闭30min后进行下一台手

术。 1.3 手术床的放置 手术床放于手术间净化区域的。头面部手术时将手术床向病人脚部适当移动,下 肢手术时将手术床略向头部移动,以保证手术区域和器械台完全处于净化区内。 1.4 保持手术间的正压 手术中保持电动门处于关闭状态,尽量减少开关次数,严禁开门手术。因为层流手术室的环境是一个密 闭的洁净环境,门关闭时室内的气压大于室外的气压,从而保证层流手术室内的洁净空气只能向室外流 动,室外的空气不会进入室内,开门后就破坏了压差系统,层流手术室的净化质量也将受到影响。 1.5 污物处理流程 手术完毕后,污染敷料和器械由洗手护士从传递窗向外走廊传送,迅速关闭传递窗内门, 取出物品后立即关闭传递窗外门。外走廊有清洁工及时处理,污染物扎紧袋子后运送处存放。 2.层流手术室的维护 2.1 人维护, 定期监测 整个空调系统应有人负责, 定期检查、维修、保养, 对过滤网 及时清洗。每个月对手术室空气、手术室人员的手及手术室菌物品表面采样进行细菌培养,检查净化效 果,发现不合格及时找出原因,并采取有效措施。 2.2 回风口及地面的清洁维护 每日早晨用湿布抹擦所 有物体表面及回风口,每周彻底清洗回风口、天花板的回风纱窗。地面每日用用的清洁剂拖擦,再用清 水拖净,如有血迹及其它污染物污染时,应及时用消毒剂擦洗。搬运重物时应在地面上垫其它物品,以 免在地面上划痕。层流手术室 2.3 电动门的维护 净化手术室的电动门开关方式包括电动、感应、手动三 种。电动开关只需用手或肘部轻轻按压即可,切忌重压或长时间按压。使用感应时只需膝部或脚接近感 应窗口,门便自动开启。如果出现故障时需关闭电源,利用手动,切忌强行拖拉。层流手术室工作人员 合理安排工作程序,避免增加不必要的开门次数。

福意联保温柜操作方式-安装方式